

Szczecin, dn. 18.03.2014 r.

Znak sprawy: ZP/220/06/14

W sprawie: dostawy jednorazowych kołderk grzewczych do urządzeń Warm Air oraz Thermacare

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze bardzo wysokiej jakości na pacjenta, kompatybilne z urządzeniem Termacare bez konieczności stosowania adapterów? mocne, wytrzymałe -dostosowane nawet do przepływu powietrza 23L/sek.

Opis zamawiającego wskazuje ewidentnie jednego producenta i ogranicza składanie korzystnych ofert cenowych dla szpitala.

na całe ciało 213x91 cm

na górną część ciała tors 107x91 cm

na dolną część ciała 152 x 91 cm

na górną część ciała 188x 61 cm

Polipropylenowa kołdra jednorazowa

Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części .Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Posiada specjalne dodatkowe części , które podwijają się w celu stabilniejszego ułożenia na pacjencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod całego pacjenta:

Polipropylenowa jednorazowa kołdra . Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części .

- perforacje po bokach kołdry/głowa pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji;
- równomierne rozłożenie temperatury na całej powierzchni kołdry
- Wielodostępowa
- Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta .
- Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp.
- Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry .
- Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację zapewniającą łatwy dostęp do pacjenta w różnych pozycjach .

- W miejscu , gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa
- Unikatowe otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach

Rozmiar : 221 cm x 91 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści kołderki jednorazowe, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, dwuwarstwowe wykonane z materiału nietkanego bez foli, zapewniające równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami niskoprzepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza 980 l/min kompatybilna z urządzeniami Warm Air oraz Thermacare TC 3003 prod. Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów i osprzętu podłączeniowego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na całe ciało pacjenta dorosłego w wymiarach 100cm x 195cm zamiast 152,4 cm x 233,7 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki pod całe ciało pacjenta dorosłego w wymiarach 206cm x 87cm zamiast 199,4 cm x 101,6 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na górną część ciała (tors) w wymiarach 124cm x 100cm zamiast 109,2 cm x 101,60 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na górną część ciała w wymiarach 196cm x 57cm zamiast 223,5cm x 76,2cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na dolną część ciała w wymiarach 120cm x 100cm zamiast 134,6 cm x 101,6 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

.....
DYREKTOR SPSK-2