
Szczecin 18-11-2013r**znak sprawy: ZP/220/102/13****w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku****Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Zadanie 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-250ml/h w opakowaniu zbiorczym a'100szt.?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu nr 11 poz.1 stazy jednorazowej do uciskania żył wykonanej z silikonu?. **Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.**

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 3**

Czy Zamawiający w zadaniu 11 poz.1 w związku z faktem, że jedynym kryterium oceny jest 100% cena, zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek do 10 pojedynczych staz?

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz.1 w związku z faktem, że jedynym kryterium oceny jest 100% cena, zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek do 2 zestawów ?

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody****Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla pakietów 4, 5, 8?

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody****Pytanie 6**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.”

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody**

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób:

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11

Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 na następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

a) *zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:*

- *zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;*
- *wycofanie z obrotu lub;*
- *wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;*
- *wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;*
- *brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;*
- *wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;*
- *inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;*

b) *zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,*

c) *zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,*

d) *rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek*

ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)
e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści: Sterylny. Zestaw: przyrząd+ regulator. Łatwy w kalibracji. Precyzyjność przepływu od 10 do 250ml na godzinę. Bez przypadkowej zmiany szybkości przepływu. Opakowanie jednostkowe folia-papier. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 90 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Na opakowaniu zbiorczym dodatkowo liczba w opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie 13

Paragraf 1 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 14

Paragraf 2 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się, na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie danego wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 15

Paragraf 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 16

Paragraf 3 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację zapisu na „W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą w kosztach.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 17

Pyt do pak 8 poz 1

Prosimy o dopuszczenie

Obwód modyfikowany Jacksona-Reesa, noworodkowy, rura karbowana długości 180cm zakończona złączem 22mmF, złączka 22mmM/15mmF, z bezlateksowym workiem oddechowym pojemności 0,5 litra, złącze worka oddechowego 15mmF, worek z otwartym zakończeniem, linia świeżych gazów zakończona złączem 15mmM. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych wyrobów

Pytanie 18

Pyt do poz 2 pak 8

Prosimy o dopuszczenie

Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny, czysty mikrobiologicznie. Materiał PCV, dwie rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, długość 150cm, dodatkowa rura do worka o długości około 90cm, dodatkowo kolanko z portem do kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 15mm, złącza rur 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, bezlateksowy worek oddechowy pojemności 1 litr. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

dot. pak. 2:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wraz z precyzyjnym regulatorem z podwójną skalą pozwalającą na podaż płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją przepływu w zakresie od 5 do 250 ml na godzinę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

dot. pak. 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wewnętrzne, miękkie elementy regulatora wykonane były z silikonu w celu odróżnienia od dostępnych w sprzedaży, niskiej jakości produktów zawierających materiały niezapewniające bezpiecznej i precyzyjnej infuzji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby.

Pytanie 21

Zadanie nr 4: Układy oddechowe oraz akcesoria do nich

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 1,2,4,5, i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 22

W przypadku wydzielenia (dot. pytania 21) czy Zamawiający dopuści do pozycji:

Nr 1 układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych?

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (**średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana**).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilzacza z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasiemki.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraził zgody na modyfikację opisaną w pytaniu 21

Pytanie 23

Nr 4 Prosimy o dopuszczenie końcówek donosowych w rozmiarach: S, M, L, rozmiary te odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z powodzeniem w całej Polsce.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 24

Nr 5 Prosimy o dopuszczenie maseczek donosowych w rozmiarach: S, M, L, XL rozmiary te odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z powodzeniem w całej Polsce.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 25**Zadanie 2 poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wraz z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu w kroplówce o precyzyjności od 5 do 300ml na godzinę. Opakowanie jednostkowe

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestawy do znieczuleń posiadały zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatraskową uwidaczniającą miejsce wkłucia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

.

Pytanie 27**Dotyczy pakietu nr 10**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika (o wymiarach 18G/18cm przy cewniku 9Ch i 14G/21cm przy cewniku 12Ch), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch lub 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który umożliwi efektywne drenowanie również krwi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiające aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku przepływu płynu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego wymiana?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

W nawiązaniu do Zadania nr 4 Układy oddechowe oraz akcesoria prosimy o dopuszczenie w poz.1 układów oddechowych mikrobiologicznie czystych. Wymagane przez Zamawiającego układy sterylne nie są oferowane na naszym rynku.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 29

Zadanie nr 4 Układy oddechowe oraz akcesoria do nich

Zwracamy się z prośbą o podzielenie nr 4 (wszystkich pozycji) celem rozbicia na dwa pakiety:

1 Z mocowaniem czapeczka 2 z paskowym mocowaniem do Infant Flow. Podział pakietu spowoduje możliwość wystartowania większej liczbie wykonawców a tym samym obniżenie cen dla użytkownika.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE