

Szczecin, dn. 10.12.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/105/15

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:  
narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych wielokrotnego użytku dla Bloków Operacyjnych  
SPSK-2 PUM w Szczecinie*

## Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Wykonawca nr 1

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz. 1 pęsetę do kapsuloreksji, bardzo delikatną zagiętą pod kątem, długość części roboczej 13 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 końcówkę irygacyjną 21G o średnicy 0.8 mm, port irygacyjny 0.5 mm, zagięta, długość końcówki 15 mm, długość całkowita 106 mm, oraz czy Zamawiający dopuści osobną końcówkę aspiracyjną 21G o średnicy 0.8 mm, port aspiracyjny 0.35 mm, zagięta, długość końcówki 15 mm, długość całkowita 107 mm. Oba narzędzia wykonane z tytanu?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

#### Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz. 3 pęsetę fiksacyjną do rogówki w kształcie litery U, prostą, końcówka w kształcie litery U z ząbkami 1x2 o długości 0.12 mm, długość całkowita 105 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz. 4 pęsetę fiksacyjną do rogówki. W kształcie litery U-Boresa, zagięta. Końcówka w kształcie litery U z ząbkami 1x2 o długości 0.12 mm, rączka płaska, długość całkowita 105 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 poz. 5 pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 mm, długość całkowita 110 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 6 pęsetę do naciągania szwów, gładką, prostą.

Długość płaszczyzny trzymającej 5mm, dla szwów 9-11, długość całkowita 85 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 6 pęsetę do naciągania szwów, gładką, prostą. Długość płaszczyzny trzymającej 6 mm, dla szwów 9-11, długość całkowita 110 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 6 pęsetę do naciągania szwów, gładką, prostą. Długość płaszczyzny trzymającej 6 mm, dla szwów 9-11, długość całkowita 100 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 7 znacznik do rogówki Thorton – 8 ostrzy o średnicy 13 mm. Okrągła tytanowa rączka o średnicy 4 mm, długość całkowita 128 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Wykonawca nr 2

**Dotyczy zadania nr 1 Poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igłotrzymacza mikrochirurgicznego szczęki proste bez nacięć dł.120mm zamiast 110mm, oraz o wyjaśnienie czy igłotrzymacz ma być z zamkiem czy bez zamka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy zadania nr 1 Poz. 38, 40, 41, 42**

Prosimy o wyłączenie wyżej wymienionych pozycji z tego zadania, gdyż są to pozycje które posiada wyłącznie jeden producent narzędzi chirurgicznych, a w związku z powyższym uniemożliwia to udział innym dostawcom.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## Wykonawca nr 3

**Termin wykonania zamówienia dot. Zadania nr 7**

Czy w związku z zapotrzebowaniem Zamawiający nie uważa za konieczne zrealizować zamówienie w zakresie Zadania nr 7 w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Termin wykonania zamówienia dla całego postępowania zamawiający ustalił na 18 miesięcy, natomiast w zakresie dostaw cząstkowych na 30 dni roboczych od złożenia zamówienia. Powyższe oznacza, że zamawiający stosownie do swoich potrzeb może zamawiać narzędzia sukcesywnie przez cały okres realizacji umowy bądź też może jednorazowo zamówić całość narzędzi stanowiących przedmiot umowy na danym zadaniu bezpośrednio po zawarciu umowy.

Zamawiający nie jest w stanie określić kiedy po zawarciu umowy złoży zamówienie i na jaki zakres przedmiotu umowy, z tym, że nie wyklucza możliwości jednorazowego zamówienia wszystkich narzędzi stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu nr 7.

**Zadanie nr 7 poz. 3**

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu znakowania narzędzi w Zadaniu nr 7 poz. 3 w związku z dużą ilością różnych narzędzi typu: wkłady, elektrody, kable i uszczelki.

**Odpowiedź:** Ze względu na rozmiary oraz przeznaczenie ww. wyrobów Zamawiający nie wymaga aby wkłady, elektrody, kable i uszczelki były znakowane przez Wykonawcę literami „CH”

## Wykonawca nr 4

**Pytanie nr 1** dotyczące zadania nr 9 oraz zapisów SIWZ pkt. 1.3 „a”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca załączył wymagane instrukcje do dostaw przedmiotu zamówienia ?

**Odpowiedź: Nie.** Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty z pkt. 1.3 a) do oferty w celu potwierdzenia czy oferowane wyroby spełniają wymagania zamawiającego. Ponadto instrukcje należy dostarczać sukcesywnie przy dostawach (ich brak będzie skutkowało stwierdzeniem wady wyrobu, o której mowa w § 5 ust. 8 c))

**Pytanie nr 2** dotyczące zadania nr 9 oraz zapisów SIWZ pkt. XIV podpunkt 1: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty Wykonawca załącza projekt umowy?

Uwaga: formularz oferty zawiera oświadczenie o akceptacji warunków umowy.

**Odpowiedź: Wykonawca nie musi załączać do oferty projektu umowy,** ponieważ formularz oferty zawiera oświadczenie o akceptacji warunków umowy.

**Pytanie nr 3** dotyczące zadania nr 9 oraz zapisów umowy paragraf 5 pkt. 5: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na zapis:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wyrobu, który był już gwarancyjnie naprawiany trzykrotnie Sprzedający zobowiązany jest dokonać wymiany na wyrób fabrycznie nowy”

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353<sup>1</sup> KC).*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą prośbę Wykonawcy. W związku z powyższym **Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI Wzoru umowy w § 5 pkt. 5 dla wszystkich zadań.**

**§ 5 ust. 5 w chwili obecnej otrzymuje nowe brzmienie:**

**„ W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wyrobu, który był już naprawiany trzykrotnie, Sprzedający zobowiązany jest dokonać wymiany na wyrób fabrycznie nowy.”**

**Pytanie nr 4:** dotyczące zapisów umowy paragraf 10 punkt 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 20 zł ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5** dotyczące zadania nr 9 oraz zapisów SIWZ pkt. 1.3 „a”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje o których mowa załączone zostały do oferty w formie elektronicznej tj. na płycie CD ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6:** Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.**

## Wykonawca nr 5

Zadanie nr 9 Poz.1) Tuba o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.2) ostrze o dł. 189mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.3) Redukcja typu korek z 12,5-5mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.5) Tuba o dł. 98mm z rozbiernym zaworem, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.6) Ostrze o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.7) Zestaw płuczaco-ssący o dł. 330mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.8) Kleszcze o dł. 340mm, obie bransze okienkowe i jedna z nich z „pomarszczonym” falistym drutem, składane na zasadzie skręcania gwintu, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.9,11) Narzędzie składane na zasadzie skręcania z gwintem, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 9 Poz.13,14) Kabel o dł. 3m, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.1) Hak 220x40mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.2) Hak o dł. 13,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.3) Iglotrzymacz o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.4) Imadło o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.5) Imadło o dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.7) Kleszczyki o dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.8) Kleszczyki Heiss o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.9) Kleszczyki Long o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.11) Kleszczyki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.13) Kleszczyki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.14) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.15) Kleszczyki Crile-Rankin, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.17) Kleszczyki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.18) Kleszczyki o dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.19,24) Kleszczyki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.22) Kleszczyki Mixter-Crafoord o dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.25,26) Nożyczki o dł. 75mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.27) Nożyczki o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.28) Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.30) Nożyczki o dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.31) Nożyczki o dł. cięcia 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.32) Piła o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.40) Pinceta Pierse, dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.41) Pinceta McPherson o dł. 85mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.42) Pinceta Barraquer o dł. 70mm, wym. końca 0,2mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.43) Pinceta o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.59) Rozwórka o rozwarości 40mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.60) Rozwórka o maks. rozwarciu 32mm, dł. zaczepu 13,8mm, szerokość zaczepu 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.61) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.62) Szpatułka o dł. 135mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.64) Wziernik o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.67) Wziernik o dł. 215mm i wym. łyżki 90x40mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1 Poz.68) Zestaw wzierników o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

## Wykonawca nr 6

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 poprzez dodanie zdania, iż łączna wysokość naliczonych kar z tytułu zwłoki w dostawie nie może przekroczyć 10% wartości brutto zamówionej partii produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

## Wykonawca nr 7

### Dotyczy zadania nr 7

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyłączy w zadania 7.1 poz. 4-8 do osobnego zadania i dopuści w nich narzędzia wielorazowego użytku Microline składające się z dwóch elementów:

- trzonu wraz z rękojeścią, z kanałem do mycia
- części roboczej przykręcanej za pomocą podwójnego gwintu przeciwstawnego

Długość ramienia wykonanego z wytrzymałego materiału PEEK wynosi 34cm

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

## Wykonawca nr 8

### Pytanie dotyczy Pakietu nr 7.3 pkt. 21

„Elektroda hakowa. Monopolarna, średnicy 3,5mm, wielorazowa, autoklawowalna.”

Czy Zamawiający dopuści elektrodę hakową, monopolarną o średnicy 5mm, wielorazową , autoklawoawlną?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza** elektrodę hakową, monopolarną o średnicy 5mm, wielorazową , autoklawoawlną.

Zamawiający **przedłuża terminu składania i otwarcia ofert o 1 dzień.**

**Termin składania ofert upływa dnia 15.012.2015 r. o godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2015 r.o godz. 11:00**

*Z poważaniem*