

Szczecin 26-02-2013r

znak sprawy: ZP/220/12/13

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są **dostawę jednorazowych wyrobów medycznych oraz wyrobów anestetycznych**

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Paragraf 1 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu (ach) cen jednostkowych”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2

Paragraf 2 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się, na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie danego wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 3

Paragraf 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 4

Paragraf 5 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 7-ch dni roboczych. Po uwzględnieniu reklamacji przez Sprzedawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

Paragraf 10 ustęp 1a

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 6

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”

Pytanie 8

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

Sposób zmiany cen w związku ze zmianą urzędowej stawki VAT został opisany w § 6 wzoru umowy

Pytanie 9

Dotyczy zad. 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a typu Couvelaire wyłącznie w rozmiarach 18-24 CH? Z naszej wiedzy wynika, że żaden producent nie produkuje takich cewników w mniejszych rozmiarach. W razie odmowy zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.,

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych cewników oraz nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji z zadania 1.

Pytanie 10

Dotyczy zad. 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z zastawką lateksową?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy zad. 1 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nr katalogowy? Nie wszyscy producenci stosują nr katalogowe, więc nie da się ich umieścić na opakowaniu poza tym nie ma wymogu umieszczania nr katalogowych na opakowaniach jednostkowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na brak nr katalogowego na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 12

Dotyczy zad. 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniu folia-folia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego opakowania cewników w zad. 1 poz 2.

Pytanie 13

Dotyczy zad. 1 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga cewników z kolorowymi półprzezroczystymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki.

Pytanie 14

Dotyczy zad. 1 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga cewników z otworami bocznymi naprzeciwległymi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki.

Pytanie 15

Dotyczy zad. 1 poz. 7,8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nr katalogowy? Nie wszyscy producenci stosują nr katalogowe więc nie da się ich umieścić na opakowaniu poza tym nie ma wymogu umieszczania nr katalogowych na opakowaniach jednostkowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na brak nr katalogowego na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 16

Dotyczy zad. 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z zatyczką pakowaną osobno? Z wiedzy jaką posiadamy żaden producent nie produkuje tak dużych rozmiarów z zatyczką przy konektorze

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zgłębnik bez zatyczki.

Pytanie 17

Dotyczy zad. 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze pakowane w opakowania zbiorcze po 300 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane przedłużacze.

Pytanie 18

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire zrobiony z 100% silikonu o pojemności balonu 40-50ml, długości drenu 420mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire w rozmiarze 18-24 CH?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego cewnika.

Pytanie 20

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire zrobiony z PCV bez balonu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza cewnik Couvelaire zrobiony z PCV bez balonu.

Pytanie 21

Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Pezzer posiadający 3 otwory obarczające?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania kodu barwnego oznaczającego rozmiar?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na brak kodu barwnego oznaczającego rozmiar.

Pytanie 23

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania skalowania na cewniku, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania skalowania na cewniku. Pozostałe parametry zgodnie z Siwz.

Pytanie 24

Pakiet 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik Thoraks posiadający 6 otworów bocznych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet 1 poz.11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania pojedynczego folia-folia lub folia-papier?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sondę żołądkową posiadającą 4 otwory boczne, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Zadanie nr 3 poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych producenta Becton Dickinson, tak jak obecnie stosowane, w rozmiarze 22G dł.178-180mm, spełniające pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy pkt.IX.2 siwz:

Z uwagi na wysoki koszt próbek, prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do:

Zad.3 poz. 1,2,3 – do 1szt z pozycji asortymentowej

Zad.5:

Poz.1- do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.3,0 i 1szt z rozm.3,5

Poz.2 – do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.8,0 i 1szt z rozm.8,5

Poz.3- do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.6,0 i 1szt z rozm.7,5

Poz.4 - do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.8,0 i 1szt z rozm.8,5

Poz.5 – 1szt z z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt w rozm 8,0

Poz.6 - do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.0,0 i 1szt z rozm.3,0

Poz.7 – 1szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz

Poz.8 - 1szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.7,0.

Taka ilość pozwoli na ocenę zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilościach określonych w siwz.

Pakiet 29

Pakiet 1 poz. 2

Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley o pojemności balonu od 5-30ml (w zależności od rozmiaru).

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego cewnika. Zamawiający w chwili obecnej stosuje także pojemność 30-50ml.

Pakiet 30

Pakiet 1 poz. 2

Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley z zastawką gumową.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik.

Pakiet 31

Pakiet 1 poz. 7

Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewniki do odsysania dróg oddechowych wiodącej polskiej firmy (Galmed), gdzie na opakowaniu umieszczona jest: nazwa, rozmiar, seria, data ważności i producent.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik.

Pakiet 32

Pakiet 1 poz. 8

Uprzejmie proszę o dopuszczenie a Thoraks wiodącej polskiej firmy (Galmed), gdzie na opakowaniu umieszczona jest: nazwa, rozmiar, seria, data ważności i producent.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik.

Pakiet 33

Pakiet 1 poz. 12

Uprzejmie proszę o dopuszczenie sondy żołądkowej w rozmiarze 30Ch bez zatyczki oraz o dołączenie zatyczki sterylnej. Wiodący polski producent, firma Galmed, posiada sondę w tym rozmiarze zakończona konektorem bez zatyczki (dostępne rozwiązania: rozmiar CH 6-22 konektor z zatyczka, CH 24-36 konektor bez zatyczki).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowaną sondę. Zamawiający nie wymaga dołączenia zatyczki.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika (o wymiarach 18G/18cm przy cewniku 9Ch i 14G/21cm przy cewniku 12Ch), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch lub 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytanie 35

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który umożliwi efektywne drenowanie również krwi?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który umożliwi efektywne drenowanie również krwi.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiające aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku przepływu płynu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiające aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku przepływu płynu

Pytanie 37

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego wymiana?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego wymiana.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o nowym terminie składania i otwarcia ofert wyznaczonym na:

-składanie do 01/03/2013 godz. 09:30

-otwarcie ofert odbędzie się 01/03/2013 o godz. 10:30

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE