

Szczecin, 20.03.2019 r.

Znak sprawy: ZP/220/22/19

W sprawie: dostawy wyrobów do sterylizacji dla SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 3

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986, t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:

Pytanie 25: W związku z pojawieniem się odpowiedzi na pytania zadane do przetargu na dostawy materiałów do sterylizacji zadaje pytanie kontrujące pytanie i odpowiedź nr 6:

Czy Zamawiający dopuści opisy w języku polskim na rękawach odnoszące się do zmiany koloru tylko po procesie sterylizacji? Informacja o kolorze wskaźnika przed sterylizacją jest wymogiem zbędnym i nie wymaganym normą. Jeśli kolor wskaźnika po sterylizacji jest zgodny z nadrukowanym opisem, jednoznacznie świadczy to o tym, że pakiet był poddany sterylizacji.

Wymóg Zamawiającego zawarty w odpowiedzi na pytanie nr 6 zawęża bardzo ilość firm mogących złożyć oferty. Jest to nieuzasadnione ograniczanie konkurencji.

To pytanie niestety mogłem zadać dopiero teraz, gdyż w wymogach określonych w SIWZ nie było takiego sformułowania.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Uwaga:

Z uwagi na powyższe, zamawiający modyfikuje swoją odpowiedź na pytanie nr 6, zawarte w Wyjaśnieniach nr 1 z dn. 19.03.2019 r. w taki sposób, że unieważnia udzieloną odpowiedź o treści: „tak, zamawiający wymaga takiej informacji” i udziela nowej w brzmieniu: „zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

DYREKTOR SPSK-2

podpis w oryginale

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl