

---

znak sprawy: ZP/220/26/17

Szczecin, dnia 23.05.2017r

**w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zadanie 1**

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 500mm w opakowaniach zbiorczych 150sztuk?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z konektorami bez zatyczki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2**

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości 120cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści nebulizator z możliwością pracy tylko w pozycji pionowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzielili w/w pozycję do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu oraz nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji.**

**Zadanie 3**

**Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45x22 lub 0,4x19?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 16** Czy Zamawiający dopuści igłę biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pozycja 16** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową w części przezroczystej o długości 55mm?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 4**

Zadanie nr 1:

Poz. 3, 4,5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów pakowanych po 1szt z opakowaniu zbiorczym max po 100szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że nie będzie zamawiał opakowań zbiorczych a np. 10 bądź 20 sztuk.**

**Poz.8:**

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley o dł. 290mm i balonie 3ml w rozm. 6,8 i 10ch oraz o dł.ok.41cm dla pozostałych rozmiarów.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 4: Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik do podawania tlenu ma być wolny od lateksu i DEHP?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu ma być wolny od lateksu i DEHP.**

Poz.5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 620cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Poz.10:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aby cewniki były sterylizowane radiacyjnie..**

2.Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne drenujące mają mieć zaoblone krawędzie o średnicy nie przekraczającej 5mm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aby otwory boczne drenujące posiadały zaoblone krawędzie o średnicy nie przekraczającej 5mm.**

3.Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników pezzera z min.3 otworami drenującymi, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz.15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji z maską w jednym rozmiarze spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Zadanie nr 2:

Poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania woreczków do pobierania próbek moczu u niemowląt pakowanych po 1szt w opakowaniu pośrednim po 100szt, w opakowaniu zbiorczym kartonowym 50 kartoników po 100szt = 5000sztuk. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem pakowania wskazanym siwz.**

Poz.2:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby worek był wykonany z PCV niezawierającego ftalanów – substancji wywołującej zaburzenia hormonalne?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aby worek był wykonany z PCV niezawierającego ftalanów.**

2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby worek posiadał miękki antyzałamaniowy dren z portem bezigłowym oraz zakładkę na kranik zapobiegającą kontaktowi kranika z podłogą i przenoszeniu infekcji ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków na mocz pakowanych po 1szt w opakowaniu pośrednim max 65szt i opakowaniu zbiorczym kartonowym max 1000szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Poz.4:

Prosimy o odstąpienie od wymogu braku zawartości DEHP w wieszakach do worków na mocz. Ze względu na przeznaczenie w/w produktów (brak bezpośredniego kontaktu z ciałem pacjenta), wymóg braku zawartości DEHP wydaje się być całkowicie bezzasadny.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

**Zadanie nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 0,3x12 mm, zamiast 0,33x12 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**Zadanie nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 0,45x12 mm, zamiast 0,40x40 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**Zadanie nr 3, poz. 1-11**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9**

**Zadanie nr 3, poz. 13-14**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10**

**Zadanie nr 3, poz. 13-14**

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy bez opaski stabilizującej dren wewnątrz opakowania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11**

**Zadanie nr 3, poz. 15-16**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**

**Pytanie 12**

**Zadanie nr 3, poz. 15**

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

**Pytanie 13**

**Zadanie nr 3, poz. 15**

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

**Pytanie 14**

**Zadanie nr 3, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: komora kroplowa o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**Zadanie nr 3, poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga przyrząd z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

**Pytanie 16**

**Zadanie nr 3, poz. 16**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

**Pytanie 17**

Dotyczy zad. 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelki skalowane co 20 lub co 50 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza butelki skalowane co 20ml.**

**Pytanie 18**

Dotyczy zad. 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelki pakowane po 100 szt. w opakowaniach zbiorczych?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19**

Dotyczy zad. 1 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści cewniki standardowe tj. bez skali?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20**

Dotyczy zad. 1 poz. 1-15  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach znajdowały się nr katalogowe. Żadne rozporządzenia nie nakładają na producentów wymogu aby na opakowaniach były umieszczane nr katalogowe. Wielu producentów nie stosuje nr katalogowych. jeżeli Zamawiający nie odstąpi od wymogu to wnosimy o wprowadzenie takiego wymogu do wszystkich pozycji. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia dlaczego niektóre produkty muszą mieć nr katalogowe na opakowaniach na inne nie.

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dostępuje od wymogu ale dopuszcza bez numeru katalogowego jeśli producent go nie stosuje.**

**Pytanie 21**

Dotyczy zad. 1 poz. 4,5  
Czy Zamawiający dopuści butelki pakowane po 100 szt. w opakowaniach zbiorczych?

**Odpowiedź**  
**Wskazane pozycje nie dotyczą butelek.**

**Pytanie 22**

Dotyczy zad. 1 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści cewniki z zastawka lateksową? Większość producentów stosuje właśnie takie rozwiązanie jeśli chodzi o cewniki foley.

**Odpowiedź**  
**Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z siwz.**

**Pytanie 23**

Dotyczy zad. 1 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści zaferowanie cewników Foley w rozmiarach Ch 6 – Ch 26?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

Dotyczy zad. 1 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie w wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie foliowe?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25**

Dotyczy zad. 1 poz. 11  
Czy Zamawiający dopuści zaferowanie cewników w rozmiarach CH 12 – 24?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 26**

Dotyczy zad. 1 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były wyposażone we wkładki redukcyjne luer?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

**Pytanie 27**

Dotyczy zad. 1 poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych masek z nebulizatorem tj. do podawania leków pacjentom w pozycji pionowej. W razie odmowy zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu gdyż uniemożliwia ona złożenie oferty dla większości Wykonawców.

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 28**

Dotyczy zad. 2 poz. 2,3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków bez białej tylnej ściany gdyż kolor ściany nie ma ona żadnego wpływu na użytkowanie worka.

**Odpowiedź**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 29**

Dotyczy zad. 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby wieszak był pozbawiony DEHP. Wspomniany ftalan nie ma żadnego wpływu na użytkowanie worka tym bardziej, że nie ma on styczności z płynami, które są podawane pacjentom (wyplukiwanie ftalanów)

**Odpowiedź**  
**Zamawiający odstępuje od wymogu aby wieszak był pozbawiony DEHP.**

**Pytanie 30**

Dotyczy zad. 3 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr ostrza?

**Odpowiedź**  
**Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr ostrza.**

**Pytanie 31**

dotyczy SIWZ

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowany sposób transportu wyrobów.**

**Pytanie 32**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia, że dostawca ma dostarczyć towar do magazynu co wiąże się z rozładunkiem (zgodnie z siwz)**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
**DYREKTOR SPSK-2**