

Szczecin 28-04-2014 r.

Znak sprawy: ZP/220/27/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie aparatu RTG przewoźnego z ramieniem „C” do badań i zabiegów naczyniowych.

MODYFIKACJA SIWZ NR 3

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

Modyfikacja polega na:

I. **Zmianie opisu zamówienia.** Załącznik nr 5 do formularza oferty (opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający do niniejszej modyfikacji załącza ZMODYFIKOWANY – III z dn. 28.04.2014 r. Załącznik nr 5 do formularza oferty.

II. **Rozdział I pkt. XVII otrzymuje brzmienie:**

„Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

1. Cena brutto - 60%

2. Parametry techniczne - 40%

Kryterium1 (cena) będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

$$\text{Wartość} = [(C_n : C_b) \times 60\% \times 100]$$

Gdzie:

C_n – cena najniższa (brutto)

C_b - cena badana (brutto)

Kryterium 2 (parametry techniczne):

L.P.	PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE	PARAMETRY WYMAGANE	ILOŚĆ PUNKTÓW
1.	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C	≥ 20 cm Podać	równe 20 cm – 0 pkt., za każde kolejne 5 cm powyżej 20 cm - 1 pkt., np. 25 cm – 1 pkt., 30 cm – 2 pkt. itd.
2.	Ruch wzdłużny zmotoryzowany	TAK/NIE Podać	Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.
3.	Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu	TAK, Podać ilość pozycji	równe 1 pozycji – 0 pkt., za każdą kolejną pozycję - 5 pkt., np. 2 pozycje – 5 pkt., 3 pozycje – 10 pkt. itd.
4.	Możliwość pochylania monitorów dotykowych zamontowanych na wózku z ramieniem C -pochylenie przód/tył	TAK/NIE Podać	Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt.

5.	Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum	TAK/NIE Podać	Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
6.	Pojemność cieplna kołpaka anody	≥ 2500 kWh Podać	równe 2500 kWh – 0 pkt., za każdą kolejne 1000 kWh - 1 pkt., np. 3500 kWh – 1 pkt, 4500 kWh – 2 pkt. itd.
7.	System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu)	TAK/NIE Podać	Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.
8.	Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu.	TAK/NIE Podać	Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.
9.	Kontrast monitorów	≥ 600:1 Podać	równe 600:1 – 0 pkt., za każdą kolejne 100:1 – 1 pkt., np. 700:1 – 1 pkt, 800:1 – 2 pkt. itd.

Ocena parametrów technicznych zostanie dokonana przez członków komisji na podstawie informacji o parametrach technicznych oferowanego sprzętu, podanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do formularza oferty, o którym mowa w Rozdz. I pkt. XIV ppkt. 3 lit f SIWZ.

Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium 2 – Parametry techniczne – będzie wyliczona z zastosowaniem poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę} = \frac{\text{Oferta badana}}{\text{Oferta z największą ilością punktów}} \times 40\% \times 100$$

Za **ofertę najkorzystniejszą** będzie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów wynikających z przyjętych kryteriów, obliczony według zasad jednakowych dla wszystkich ofert i uzyska największą ilość punktów.”

Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 21.05.2014 r. do godz. 09.30,

- otwarcie ofert: 21.05.2014 r. o godz. 10.00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem