

Szczecin, dn. 12.05.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/37/15

*w sprawie: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów***Wyjaśnienie nr 4**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu posiadał funkcje pokazywania operatorowi obrazu na żywo z badanej próbki jak w tradycyjnym mikroskopie, z możliwością fotografowania i zapisywania zdobytych w ten sposób zdjęć?

**Odpowiedź: TAK****Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu jak i analizator pasków testowych posiadały możliwość zdalnego monitorowania pracy poprzez specjalne oprogramowanie serwisowe?

**Odpowiedź: TAK****Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu posiadał wbudowany refraktometr?

**Odpowiedź: TAK****Pytanie 1:**

Czy przez cykl pomiarowy Zamawiający rozumie jeden dzień lub ilość oznaczeń odpowiadającą średniej dziennej ilości oznaczeń? Jeśli nie proszę o wyjaśnienia.

**Odpowiedź: TAK****Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczny analizator do oznaczania elementów upostaciowanych moczu przedstawiał Użytkownikowi minimum 20 zdjęć z pola widzenia mikroskopu?

**Odpowiedź: TAK**

Odpowiedzi na zadane pytania są zamieszczane na mniej niż 2 dni przed otwarciem ofert Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert o 1 dzień.

**Nowy termin składania ofert upływa dnia 15.05.2015 r. o godz. 10:00.****Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2015 r. o godz. 11:00**

.....  
p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM  
w Szczecinie