

Szczecin, dn. 20.04.2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/39/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie wieży endoskopowej wraz z wideokolonoskopem oraz aparatu elektrochirurgicznego.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 1: Wieża Endoskopowa wraz z wideokolonoskopem **Dotyczy: I Procesor Wizyjny i Źródło Światła**

Pytanie 1. Dotyczy punktu 1.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160, ponieważ przedmiotem zamówienia jest cały tor wizyjny, który pracuje niezależnie od pozostałego wyposażenia pracowni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160.

Pytanie 2. Dotyczy punktu 6.

Czy zamawiający zgodzi się na realizowanie tej funkcji przez monitor? Nie ma to żadnego wpływu na przeprowadzone badania.

Odpowiedź:

Dopusci nie wymaga.

Pytanie 3. Dotyczy punktu 7.

Czy zamawiający dopuści funkcję obrazowania w wąskich pasmach światła z filtrem cyfrowym?

Odpowiedź:

Dopusci nie wymaga.

Pytanie 4. Dotyczy punktu 11.

Czy zamawiający dopuści proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga menu w j. polskim.

Pytanie 5. Dotyczy punktu 12.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 6. Dotyczy punktu 13.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyjścia analogowego YpbPr, ponieważ specyfikowany sprzęt przez zamawiającego jest wysokiej rozdzielczości i nie jest wyświetlany przez wyjścia analogowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 6. Dotyczy punktu 19.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 7. Dotyczy punktu 25.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 8. Dotyczy punktu 27.

Czy zamawiający dopuści sterowanie pompą z przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9. Dotyczy punktu 28

Czy zamawiający dopuści procesor z możliwością zaprogramowania dowolnej funkcji na jednym klawiszu dostępnym z panelu przedniego?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 10. Dotyczy punktu 29.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Wszystkie potrzebne funkcje są dostępne z przycisków aparatów oraz na łatwiej dostępnym panelu przednim procesora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 11. Dotyczy punktu 30.

Czy zamawiający dopuści możliwość podłączenie jednego przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości podłączenia przynajmniej dwóch programowalnych przycisków nożnych.

Pytanie 12. Dotyczy punktu 31.

Czy zamawiający dopuści przewód połączeniowy jako integralną część endoskopu?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

III. Pompa do sflukiwania pola operacyjnego

Pytanie 13. Dotyczy punktu 3.

Czy zamawiający dopuści pompę uruchamianą z przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 14. Dotyczy punktu 4.

Czy zamawiający dopuści sflój 1 litr?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sflója o pojemności min. 2 litry.

Dotyczy: IV Monitor Medyczny 26"

Pytanie 15. Dotyczy punktu 1.

Czy zamawiający dopuści monitor z matrycą TFT LCD (LED)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga matrycy IPS.

Pytanie 16. Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 24"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 17. Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 27”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga monitora medycznego o rozmiarze ekranu min. 26”.

Dotyczy: V Wideokolonoskop

Pytanie 18. Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 3,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga średnicy kanałów roboczych 3,7 mm.

Pytanie 19. Dotyczy punktu 3.

Czy zamawiający wymaga średnicy zewnętrznej wziernika max 12,8 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 20. Dotyczy punktu 6.

Czy zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 21. Dotyczy punktu 7.

Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop z dowolnie programowalnymi 3 przyciskami na głowicy endoskopu? Możliwość przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęcia).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga min. 4 programowalnych przycisków.

Pytanie 22. Dotyczy punktu 9.

Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1690 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 23. Dotyczy punktu 10.

NBI to nazwa własna firmy Olympus. Rozumiemy, że zamawiający chce aby aparat obsługiwał trybu pracy w wąskich pasmach światła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obsługi trybu pracy w wąskim paśmie światła.

Pytanie 24. Dotyczy punktu 11.

Czy zamawiający dopuści aparat z łatwo zamykanym zabezpieczeniem tylko wyczki elektronicznej? Takie zabezpieczenie znacznie wydłuża żywotność aparatu.

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem