

Szczecin, dn. 30.05.2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/45/16

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisowania angiografu Artis Zee Celling wraz z systemem Syngo X-WP.*

## **WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 rozdział I, XV, pkt . 2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 4 dni robocze z uwagi na skrócie czasu pracy w tym tygodniu, poprzez wystąpienie dodatkowego dnia ustawowo wolnego od pracy, co znacznie wydłuża czas na pozyskanie dokumentów tj. gwarancji wadialnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dnia 27.05.2016 r. przedłużył termin składania i otwarcia ofert.

**Pytanie nr 2 rozdział I, XIX, pkt . 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie minimum 5 dni roboczych przed datą podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy dokumenty wymagane przez bank Zamawiającego niezbędne do wygenerowania dokumentu jakim jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dokumenty o które wnioskuje Wykonawca to: ogłoszenie o wyborze oferty, wzór umowy uzupełniony o datę podpisania umowy, kwotę umowy oraz osoby upoważnione do podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 3 rozdział II, IV Gwarancja, oraz wzór umowy par. 12 ust. 1:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie i modyfikację zapisu do treści, że wskazane w zapisie terminy gwarancji obowiązują od daty wymiany części, jednocześnie rękojmia jest wyłączona lub ograniczona do okresu trwania przedmiotowej gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów gwarancji, gdyż z § 12 ust. 1 jasno wynika, iż gwarancja liczona jest od dnia wymiany.

Zamawiający na prośbę Wykonawcy ogranicza rękojmię. Rękojmia wynosi 12 miesięcy.

**Pytanie nr 4 rozdział III, Wzór umowy, par. 4 ust. 3:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że relokacja urządzenia zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta urządzenia.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 5 rozdział III, Wzór umowy, par. 4 ust. 3:**

Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu i zmianę treści „poprzedzającego dzień rozpoczęcia używania aparatu w nowym pomieszczeniu” do treści „ Do dnia uruchomienia aparatu w nowej lokalizacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

**Pytanie nr 6 rozdział III, Wzór umowy, par. 6 ust. 1:**

Uprzejmie prosimy o dopisani na końcu zdania treści „które przewiduje swym zakresem przedmiotowa umowa.” Celem doprecyzowania obowiązku stron umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający uważa zapis § 6 ust. 1 za bardzo precyzyjny.

Jednocześnie, dla uspokojenia Wykonawcy, Zamawiający informuje, że w ramach danej umowy nie będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia części zamiennych do innego aparatu lub samochodu.

**Pytanie nr 7 rozdział III, Wzór umowy, par. 6 ust. 2:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Wykonawcy stare, uszkodzone części, które zostały wymienione w ramach świadczonych usług. Pozwoli to Wykonawcy dostosować się do warunków obrotu materiałów i części uszkodzonych zgodnie z wytycznymi producenta jak i normami krajowymi i europejskimi w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Powyższe zostanie odnotowane w raporcie serwisowym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 8 rozdział III, Wzór umowy, par. 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że sytuacja ta dotyczy wymiany lampy i detektora promieniowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, informuje, że ma na myśli naprawy, które dotyczą kalibracji parametrów ekspozycyjnych lub regulacji jakości obrazu (np. wymiana lampy, detektora lub generatora).

**Pytanie nr 9 rozdział III, Wzór umowy, par. 10 ust. 5, odnośnik nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że usługi aplikacyjne w ramach przedmiotowej umowy będą realizowane przez inżyniera serwisowego. Szkolenia realizowane przez osoby wsparcia aplikacyjnego standardowo nie są elementem umów serwisowych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 10 rozdział III, Wzór umowy, par. 13 ust. 6:**

Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu przedstawiania kosztów poszczególnych części i materiałów wymienionych w ramach przedmiotowej umowy na comiesięcznej fakturze. Powyższa prośba wynika z przyjętej w/w umowie formy rozliczenia między stronami, tj. rozliczenia ryczałtowego. Ponadto Wykonawca nie może ujawniać danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa jakimi są informacje o zakupie poszczególnych części zamiennych od producenta.

Utrzymanie przedmiotowego wymogu uniemożliwi złożenie ofert przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. Zamawiający wykreśla w całości § 13 ust. 6.

**Pytanie nr 11 rozdział III, Wzór umowy, par. 18 ust. 1:**

Celem ograniczenia sumy kar umownych, uprzejmie prosimy o ograniczenie maksymalnej wartości roszczeń do 10% wartości umowy netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wartość brutto, więc kary umowne również liczone będą od wartości brutto. Kary umowne mają charakter czysto teoretyczny. Zamawiający ma nadzieję, że nie będzie musiał korzystać z zapisów § 18.

**Pytanie nr 12 rozdział III, Wzór umowy, par. 18 ust. 3:**

Uprzejmie prosimy o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do zdarzeń zawinionych tj. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak

wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że jako jednostka sektora finansów publicznych zobligowany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) a umowne ograniczenie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 168) stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

**1) rozdział III, § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3/ W przypadku decyzji Zamawiającego o przeniesieniu aparatu do nowego pomieszczenia Wykonawca nie będzie świadczył usług serwisowania przez okres od dnia rozpoczęcia czynności demontażu aparatu do dnia uruchomienia aparatu w nowej lokalizacji.”

**2) rozdział III, § 13 otrzymuje brzmienie:**

„§ 13

1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.

2. Po zakończeniu m-ca kalendarzowego Wykonawca wystawia następujące faktury:

a) fakturę obejmującą ryczałt za serwisowanie

b) fakturę na detektor promieniowania i części zamienne do stacji Syngo X-WP, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy, o ile w danym miesiącu miała miejsce wymiana tych części.

3. Cena detektora i części zamiennych winna być zgodna z ceną zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 9 umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury, o której mowa w ust. 2 lit. b) potwierdzone przez użytkownika aparatu karty pracy lub raport serwisowy.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić faktury w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi umową załącznikami.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***