

znak sprawy: ZP/220/49/18

Szczecin, dnia 19 czerwca 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawic chirurgicznych

Wyjaśnienia 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Zadanie 1.1.**

Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic z zawartością protein <50µg/g?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic o wytrzymałości min 13 N?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 3**

Zadanie 1.3.

Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic o wytrzymałości min 13 N?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 4**

Zadanie 1.4

Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic obustronnie pokrytych wielowarstwowym polimerem?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza****Pytanie 5**

SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź**Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą****Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.****Z poważaniem****DYREKTOR**Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
(Podpis w oryginale)