

znak sprawy: ZP/220/49/18

Szczecin, dnia 19 czerwca 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawic chirurgicznych

Wyjaśnienia 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Zadanie 1****Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein max. 89 µg/g?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 2****Zadanie 1****Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,16 mm ($\pm 0,02$)?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 3****Zadanie 1****Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o sile zrywu przed starzeniem min. 9 N?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 4****Zadanie 1****Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o poziomie protein max 94µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 5****Zadanie 1****Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o grubości na palcu 0,21mm ($\pm 0,02$), długości min. 280mm do min. 290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 6****Zadanie 1****Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o sile zrywu przed starzeniem min. 13N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**Odpowiedź****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 7****Zadanie 1**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochirurgiczne, obustronnie polimerowane, mankiet równomiernie rolowany zapobiegający zsuwaniu się rękawicy, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.

Pytanie 8

Zadanie 2

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o grubości na palcu 0,21mm ($\pm 0,02$), długości min. 280mm do min. 290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.

Pytanie 9

Zadanie 2

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, obustronnie polimerowane, mankiet równomiernie rolowany zapobiegający zsuwaniu się rękawicy, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o grubości na palcu 0,21mm ($\pm 0,02$), długości min. 280mm do min. 290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....