

znak sprawy: ZP/220/56/14

Szczecin, dnia 08-07-2014r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do angioplastyki oraz stentgraftów

Wyjaśnienia 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 5 załącznika 4a do siwz (pkt. 4) stentów aortalnych XL w dostępnych rozmiarach: średnice od 16 do 34mm, długości od 30 do 100mm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga stentów aortalnych dostępnych w średnicach: od 16 do 36mm, długości od 30 do 100mm.

Pytanie 2

PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „*Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: „*Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: „*Wykonawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „*w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.*”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 7

Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 na następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

- a) *zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:*
 - *zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;*
 - *wycofanie z obrotu lub;*
 - *wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;*
 - *wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;*
 - *brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;*
 - *wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;*
 - *inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;*
- b) *zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,*
- c) *zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,*
- d) *rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)*
- e) *zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”*

Pozostawienie sobie możliwości dokonywania zmian w określonym powyżej zakresie w przypadkach nie dających się przewidzieć pozwala stronom na etapie realizacji umowy na elastyczne reagowanie i korygowanie zobowiązania w stopniu, w jakim jest to nieuniknione bez pokrzywdzenia Zamawiającego. Aktualne brzmienie umowy może doprowadzić do braku możliwości rozwiązania pewnych sytuacji na gruncie prawnym, w związku z zakazem istotnych zmian postanowień zawartej umowy wyrażonym w art. 144 ustawy PZP, co może skutkować szkodą każdej ze stron (np. w przypadku braku fizycznej możliwości dostarczenia danego urządzenia z przyczyn niezależnych od stron (wycofanie z produkcji), bez możliwości zastąpienia go innym, aktualne brzmienie umowy doprowadzić może do sytuacji, że umowa będzie niezrealizowana, Zamawiający nie nabędzie żadnego, nawet lepszego urządzenia, a Wykonawca będzie niesłusznie obciążony karami za zwłokę).

Konieczność przewidzenia dopuszczalności ww. zmian jest szczególnie istotna w postępowaniach o bardzo szerokim zróżnicowaniu sprzętu i niezwykle obszernym pod względem ilości dostarczanego asortymentu (tzw. kompleksowych). Nasze bogate doświadczenie

w wykonywaniu tego typu dostaw uczy jednoznacznie, że nieprzewidziane sytuacje w przypadku tak dużej liczby urządzeń statystycznie muszą mieć miejsce.

Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnej zgody na każdą taką zmianę, a daje mu jedynie możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest zgoda obu stron. Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 8

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY PRZECHOWANIA:

1. Dot. par. 2 ust 1 wzoru umowy przechowania

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości asortymentu przekazanego w depozyt na podstawie umowy przechowania dla pakietu nr 3 do 2 szt.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 9

2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust 2 wzoru umowy przechowania w następujący sposób: „Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 10

Czy Zamawiająca odstąpi w zadaniu nr 3 od wymogu aby stentgraft do zaopatrzenia izolowanego tętniaka.t.biodrowej umożliwił pokrycie, bez zamknięcie drożności, bardzo krętych naczyń, nawet przy zagięciu 180 stopni?

Odpowiedź

Zamawiający nie odstępuje od wymogu aby stentgraft do zaopatrzenia izolowanego tętniaka t.biodrowej umożliwił pokrycie, bez zamknięcie drożności, bardzo krętych naczyń, nawet przy zagięciu 180 stopni.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach zadania nr 3 stentgraftu do zaopatrzenia izolowanego tętniaka biodrowej składającego z jednego elementu, bez dodatkowych elementów?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2