

znak sprawy: ZP/220/59/17

Szczecin, dnia 01.09.2017r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz wyrobów do higieny pacjenta

Wyjaśnienia 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy zadanie 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę składającego się z elementów: sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 122 cm. W komplecie z elementami mocującymi(paski, gumki), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy zadanie 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę składającego się z elementów: - sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 61 cm. W komplecie z elementami mocującymi(paski, gumki), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. zadania 7

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku istnieje wiele modeli tonometrów, z których każdy posiada dedykowane sondy służące do pomiaru ciśnienia, prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia podając nazwę oraz model tonometru, za pomocą którego dokonywane są badania.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że posiadany model to ICARE PRO.

Pytanie 4

Dotyczy zadania 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę się z _Sterylna , bezlateksowa jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 122cm. W komplecie z elementami mocującymi (paski, gumki). Polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy zadania 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę składającego się z – Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 61cm. W komplecie z elementami mocującymi (paski, gumki) polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie nr. 1 - Zestaw do amniopunkcji

Czy zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentów wyszczególnionych w punkcie nr 4.2 wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora producenta?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w siwz.

Pytanie 7

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki pakowane a'12 sztuk, w opakowaniu jednostkowym, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 75 opakowań jednostkowych tj. 900 sztuk gąbek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w siwz.

Pytanie 8

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie jednostkowe a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę, zgodnie z siwz.

Pytanie 9

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx90mm i 27Gx120mm w miejsce rozmiaru 26Gx90mm i 27Gx120mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2