

Szczecin, dn. 15.10.2013 r.

**znak sprawy: ZP/220/65/13**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

- stymulatorów serca
- defibrylatorów (kardiowerterów) serca
- elektrod i innego sprzętu zużywalnego przy zabiegach elektrofizjologicznych
- dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą sprzętu zużywalnego
- dzierżawa 4 aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek
- sprzętu zużywalny do krioablacji do krioablatora 106E2 produkcji CryoCath Technologies.

## WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:****Dotyczy pakietu nr 14**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na elektrody wewnętrzsercowe 4-biegunowe o średnicy 6F i 7F do wyboru, spełniające wszystkie pozostałe wymogi siwz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 2:****Dotyczy pakietu nr 18**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na Koszulki długie z zastawką do zabiegów transseptalnych, o średnicy 8F, spełniające wszystkie pozostałe wymogi siwz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga również średnicy 10 F.

**Pytanie nr 3:****Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o trzech różnych rodzajach krzywizny oraz pozostałych parametrach zgodnych z wymogami SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 4:****Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrodę o zdefiniowanej krzywiznie oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 5:****Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści igłę o zdefiniowanej krzywiznie i długości oraz pozostałych parametrach zgodnych z wymogami SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dwie długości i dwie krzywizny.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający w związku z przetargiem przewiduje utworzenie składu komisowego na sprzętu do elektroterapii?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 14.

Prosimy o dopuszczenie elektrod diagnostycznych niesterowalnych najwyższej jakości od Europejskiego producenta, które są powszechnie stosowane w wielu Pracowniach Elektrofizjologicznych w Polsce i Europie (zapewniamy doskonale referencje) o bardzo zbliżonych parametrach technicznych, tzn.:

- dostępne średnice: 4Fr, 5Fr oraz 6Fr,
- liczba biegunów 4,
- atraumatyczna końcówka zakończona biegunem;
- 4 krzywizny do wyboru (wymagane min. 5)
- odległość między biegunami: 4 różne konfiguracje dla każdej krzywizny (dodatkowy atut),
- pierścienie wykonane z platyny (dzięki czemu elektrody są doskonale widoczne – dodatkowy atut vs stal nierdzewna)
- elektroda wzmocniona - dzięki czemu gwarantujemy stosunek 1:1 w przenoszeniu rotacji trzonu,
- BARDZO KONKURENCYJNA CENA

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jedynie 4 krzywizny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 15.

Prosimy o dopuszczenie elektrod diagnostycznych do zabiegów CS, niesterowalnych, najwyższej jakości, o następujących parametrach:

- dostępne średnice: 4Fr, 5Fr oraz 6Fr,
  - liczba biegunów 10,
  - atraumatyczna końcówka zakończona biegunem;
  - odległość między biegunami: 4 różne konfiguracje dla każdej krzywizny (dodatkowy atut),
  - pierścienie wykonane z platyny (dzięki czemu elektrody są doskonale widoczne – dodatkowy atut vs stal nierdzewna)
  - elektroda wzmocniona - dzięki czemu gwarantujemy stosunek 1:1 w przenoszeniu rotacji trzonu,
- PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, ŻE ROZMIAR 7FR POSIADA TYLKO JEDEN PRODUCENT, CO PRZECZY ZASADOM UCZCIWEJ KONKURENCJI I ZNACZNIE PODWYŻSZA KOSZTY ZAKUPU, NARAŻAJĄC ZAMAWIĄCEGO NA NIEPOTRZEBNY KOSZTY DODATKOWE TAK PODSTAWOWEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jedynie średnice 4F – 6F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 26.

Nasza firma spełnia wszystkie wymagania techniczne SIWZ dotyczące probówek „uniwersalnych”, tzn.:

**„Uniwersalna próbówka do pomiaru ACT zawierająca trzy aktywatory krzepnięcia krwi: celit, kaolin, kryształki szkła. Wymagania ilość pobieranej krwi do badania maksymalnie 0,5ml, Probówka wykonana w całości z tworzywa sztucznego z korkiem typu flip-flop”.**

W celu przedłożenia oferty na dzierżawę 4 aparatów kompatybilnych z ww. probówkami, prosimy o dopuszczenie aparatów do ACT od producenta z USA o następujących parametrach użytkowych:

- Aparaty zasilane sieciowo
- Automatyczny test kontrolny przy każdorazowym włączaniu urządzenia
- Zakończenie pomiaru ACT komunikowane sygnałem dźwiękowym (z możliwością wyciszenia) oraz wyświetlaniem rezultatu na monitorze urządzenia
- Aparaty z podwójnym detektorem magnetycznym umieszczonym w komorze pomiarowej, zlokalizowanym w 0° i 90° w celu precyzyjnych wyników ACT
- Instrukcja obsługi w języku polskim, obsługa aparatów oparta o proste menu w języku polskim
- Aparaty posiadające certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej : CE oraz deklarację zgodności producenta
- Aparaty poręczne i łatwe w transporcie, wymiary: wysokość: 15cm, szerokość: 15cm, głębokość:15cm
- Aparaty przenośne, wygodne i łatwe w obsłudze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 17

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania dwóch krzywizn igieł do nakłuć transseptalnych wymienionego w pkt. 2 załączniku nr 6A do siwz parametrów granicznych przedmiotu zamówienia.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania trzech krzywizn koszulek z zastawką do zabiegów transseptalnych wymienionego w pkt. 3 załączniku nr 6A do siwz parametrów granicznych przedmiotu zamówienia.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12:**

zadanie nr 3 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora z kontrolą stymulacji beat to beat oraz z możliwością poszerzenia czasu impulsu przy utracie stymulacji (back up impuls)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13:**

zadanie nr 4 pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenia urządzenia z wbudowaną automatyczną funkcją zapobiegającą nagłemu spadkowi rytmu w przypadku zespołu wazowagalnego? Funkcja Rate Fading wylicza rytm interwencyjny (fading rate) na podstawie średniej arytmetycznej z wartości 4 ostatnich impulsów własnych pomniejszonych o 10 bpm. Jeżeli rytm spadnie poniżej wyliczonej wartości, urządzenie rozpoczyna stymulację z rytmem określonym jako fading rate, a następnie stopniowo zmniejsza częstość rytmu w oparciu o programowalne ustawienia sensora – sensor rate decrease, aż do osiągnięcia zaprogramowanego basic interval.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14:**

zadanie nr 4 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15:**

do pakietu nr 22

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie elektrody ablacyjnej, chłodzonej, jednokierunkowej. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:**

W celu zapewnienia równego traktowani stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. **Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*