

Szczecin, dn. 21.09.2016 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz****Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/65/16***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie lasera okulistycznego.***ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Medis Sp. z o. o.

Ul. Wałowicka 5
02-451 Warszawa

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania **wykluczono 0 wykonawców**

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania **odrzucono 1 ofertę:**

Oferta nr 1: Medis Sp. z o. o.

Ul. Wałowicka 5
02-451 Warszawa

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ).

Uzasadnienie merytoryczne: Wykonawca, który starał się o udzielenie zamówienia, zgodnie z SIWZ rozdział I pkt. IX ppkt. 1.1., na dowód, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, winien złożyć następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego wyrobu medycznego zgodnego z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876), tj.:

a) deklaracji zgodności,

b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,

c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Dokument wymieniony w pkt 1.1 lit. b) i c) należało załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).

Wykonawca do oferty załączył deklarację zgodności oraz certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Z dokumentów tych wynika, iż zaoferowany wyrób (SUPRA 577 Y) zakwalifikowany został do klasy II B.

W związku z powyższym Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) załączyć również kopie powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Zamawiający dnia 19.09.2016 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o kopię powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. Wykonawca w piśmie został również poinformowany, iż uzupełniony dokument winien potwierdzać spełnienie warunków SIWZ nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. na dzień 16.09.2016 r.

Wykonawca został zobowiązany uzupełnić dokumenty do dnia 22.09.2016 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Dnia 20.09.2016 r. Wykonawca przesłał dwa powiadomienia.

Zamawiający nie może uznać żadnego z tych dokumentów, gdyż:

- pierwsze powiadomienie dotyczy lasera SUPRA 810, czyli wyrobu innego niż ten, który został zaoferowany Zamawiającemu,
- drugie powiadomienie dotyczy lasera SUPRA 577 Y, czyli wyrobu zaoferowanego Zamawiającemu, jednakże czynność powiadomienia została dokonana przez Wykonawcę dnia 20.09.2016 r., czyli po terminie składania ofert.

W tym stanie rzeczy, odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne.

d) unieważnienie postępowania:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie merytoryczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

