

Szczecin, 13.11.2018 r.

Znak sprawy: ZP/220/71/18

W sprawie: dostawy rękawów i kaset do sterylizacji plazmowej oraz testów proteinowych dla SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływieniem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986, t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:

Pytanie 1: czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. nr 4 rękawa do sterylizacji plazmowej o wymiarach 380mmx100m lub 500mmx100m?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach rolki 380mmx100m (w takim przypadku należy zaoferować 35 sztuk rolek w miejsce 50 sztuk rolek o wymiarach 400mmx70mb); zamawiający nie dopuszcza rękawa o wymiarach rolki 500mmx100m.

Pytanie 2: czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa do sterylizacji plazmowej o długości rolki 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza długość 1 sztuki rolki 100m pod warunkiem zaoferowania:

- w poz. 1: 70 sztuk rolek (w miejsce 100 sztuk),
- w poz. 2: 56 sztuk rolek (w miejsce 80 sztuk),
- w poz. 3: 42 sztuk rolek (w miejsce 60 sztuk),
- w poz. 4: 35 sztuk rolek (w miejsce 50 sztuk).

Wykonawca II:

Pytanie 3: dotyczy zadania nr 2: czy zamawiający dopuści rękawy o gramaturze tyveku 74,6gr/m²? Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność rękawa.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4: dotyczy wzór umowy § 10, pkt 1a: uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu „... jednak nie mniej niż 50,00 zł.” W przypadku niewielkich zamówień kara ta byłaby rażąco wysoka

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5: dotyczy wzór umowy § 10, pkt 1c: uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnego zadania.”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody - zapisy SIWZ bez zmian.

Wykonawca III:

Pytanie 6: czy zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści wyroby z terminem ważności 9 miesięcy, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



Wykonawca IV:

Pytanie 7: czy Zamawiający dopuści rękawy do plazmy spełniające wszystkie wskazane parametry w SIWZ, jak również wszystkie normy przewidziane dla tej grupy asortymentowej, o gramaturze papieru Tyvek 64,4 g/m² ? Surowiec Tyvek jest towarem zastrzeżonym i dostarczany do wszystkich producentów rękawów od tego samego dostawcy, co potwierdza porównywalną jakość.

Aktualnie, powyższe rękawy są dostarczane przez nas do następujących szpitali w Szczecinie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", gdzie są one wysoko oceniane oraz postrzegane jako produkt o bardzo dobrej jakości.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” (§10 pkt. 1 A)?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawca V:

Pytanie 10: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 (zadanie nr 1, poz. 1)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc: „Test wykrywający pozostałości białka **do 0 mikrogramów**”?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis "Test wykrywający pozostałości białka do 0 mikrogramów".

Pytanie 11: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 (zadanie nr 1, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści test wykrywający pozostałości białka do 1 mikrograma?, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: do formularza cen jednostkowych – załącznik nr 2 (zadanie nr 2)

Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 74,6 g/m²? spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

DYREKTOR SPSK-2

podpis w oryginale

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz

Tel. 10 88



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

