

Szczecin, dnia 23.10.2017 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelna Pielęgniarka**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Płacowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/77/17***Dotyczy: dostawy odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie.***Wyjaśnienie nr 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1**Zadanie 1 poz. 6 - formalina 10 % buforowana****Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści formalinę zarejestrowaną jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) ,dla których obowiązuje stawka VAT 8% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie formaliny zarejestrowanej jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8% Z wiedzy Zamawiającego jednoznacznie wynika, że na rynku dostępna jest buforowana formalina zarejestrowana jako:

- odczynnik chemiczny w klasie czystości cz.d.a. ze stawką VAT 23%
- wyrób medyczny ze stawką VAT 8%

Skład chemiczny i właściwości obu produktów są tożsame. Od wielu lat Zamawiający dokonuje zakupu formaliny jako odczynnika cz.d.a., która jest w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego produktem sprawdzonym i pozytywnie ocenianym. W związku z faktem, że w celu zachowania porównywalności ofert w postępowaniu przetargowym, Zamawiający nie może doprowadzić do sytuacji, w której zostaną zaoferowane produkty z dwoma różnymi stawkami VAT 8% i 23% Wybór danego rodzaju produktu tzn. odczynnika chemicznego lub wyrobu medycznego, zawsze może spowodować sytuację w której nie każdy wykonawca będzie mógł przystąpić do przetargu. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe przesłanki Zamawiający pozostanie przy formalinie wprowadzonej do obrotu jako odczynnik chemiczny w klasie czystości cz.d.a. ze stawką VAT 23%

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6 do osobnego zadania przy założeniu, że jest to wyrób medyczny. Od lat specjalizujemy się w produkcji formaliny dla potrzeb pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia konkurencyjnej i korzystnej oferty dla Państwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 6 i utworzenia z niej odrębnego zadania. Produkty opisane w zadaniu są jednorodne asortymentowo, wszystkie są odczynnikami chemicznymi w klasie czystości cz.d.a., posiadają kilku producentów i są szeroko dostępne na rynku.

*Z poważaniem**Dyrektor SPSK2 PUM
w Szczecinie*