

Szczecin, dn. 03.09.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/79/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę soczewek wewnątrzgąłkowych.**

Wyjaśnienie nr 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1, dotyczy „Opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie Zadania Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu Nr 2 zaoferowanie soczewek asferycznych z filtrem światła niebieskiego o dioptrazie od + 6,00 D do + 30,0 D – co 0,5 D oraz soczewek 3-częściowych bez asferycznej optyki o dioptrazie od - 5,0 D do + 6,0 D – co 1,0 D?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, dotyczy pkt. IX SIWZ ppkt. 1.2 w zakresie próbek:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najlepszą i zostanie z nim zawarta Umowa, aplikatory wielorazowe udostępnione Zamawiającemu w celu dokonania oceny jakości próbki, zostaną zaliczone na poczet wymaganych przez Zamawiającego aplikatorów w ramach oferowanych przez Wykonawcę Zadań?

Zestawy implantacyjne, ze względu na możliwość wielokrotnego użycia, są pełnowartościowymi narzędziami i mogą być stosowane przez Zamawiającego przez długi okres czasu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 3, dotyczy zapisów pkt. XIV SIWZ ppkt. 6 w zakresie tłumaczeń dokumentów składanych w języku obcym;

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza publikacje w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji:

„...**Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem dzień i godzinę otrzymania zamówienia, tylko w momencie braku zamówionego asortymentu.**”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z **2 do 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia**, Oferowany asortyment dedykowany jest do planowanych zabiegów i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję.

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy oraz Rozdziału II SIWZ – Warunki realizacji zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie do 3 sztuk ilości wymaganych aplikatorów wielorazowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg następującej propozycji:

„**Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 3-ch dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanej partii zamówienia oraz poinformować Kupującego faksem o sposobie jej rozpatrzenia.**”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość

dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8, dot. § 10 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu soczewek stanowiących przedmiot zamówienia bądź braku soczewek z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku soczewek wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakujących soczewek występujących w ofercie Wykonawcy oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakujących soczewek po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 2

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę akrylowa hydrofilną z powłoka hydrofobową, stopień uwodnienia 25%, wskaźnik refrakcji 1,509, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 3

Czy w zadaniu nr 1 zamawiający zgodzi się ma soczewki tylnokomorowe wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 1,8mm? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 4

Pytanie 1

(zadanie 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne, asferyczne, aberracja skorygowana do mikrocięcia 1,8 mm, stopniem uwodnienia 25%, wymiarem części optycznej 6,15 mm, wymiarem całkowitym 10,75 mm, o dioptrażu 10-30D (co 0,5D), stałej angulacji 5 stopni, soczewka fabrycznie załadowana do katridża, cięcie 1,8mm; pozostałe wymogi bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

(zadanie 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofobowe z filtrem światła niebieskiego o stopniu uwodnienia 4,9%- uwodnienie wynika z przechowywania soczewki w kontenerku z płynem fizjologicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

(zadanie 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki jednoczęściowe o dioptrażu od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, współczynnika refrakcji 1,52, długości całkowitej 11,40mm, długości części optycznej 6,0mm, angulacji 5°

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert upływa 06.09.2013 - 10:00

Warunki otwarcia ofert 06.09.2013 - 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

.....
Dyrektor SPSK-2 PUM