

Szczecin, dn. 30.10.2017 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/97/17***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych elektrycznych, łóżeczek noworodkowych i innego wyposażenia.***WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wpisując w SIWZ zakres wysokości łóżeczka podał wymagany wymiar mierzony od dołu wanienki, czy kierował się górną częścią wanienki?

Odpowiedź:

Zamawiający kierował się górną częścią.

Pytanie nr 2:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o szerokości 480mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe w zakresie regulacji 720-970mm. mierzone od dołu wanienki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe w zakresie regulacji 950-1200mm. mierzone od góry wanienki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe z pozycją AntyTrendelenburga 12 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe, którego pozycja AntyTrendelenburga regulowana jest ręcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** o gwarantującej stabilność wyważonej podstawie o wymiarach 160 x 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** z leżem czterosegmentowym, w tym 3 segmenty ruchome, wypełnionym lekkimi tworzywowymi, nadającymi się do dezynfekcji panelami po 1 panelu w segmencie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** wyposażone w 4 koła tworzywowe o średnicy 150 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** wyposażone w dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża zapewniając tym samym bezpieczeństwo pacjentowi w każdym położeniu leża, tworzywowe barierki boczne, składane za pomocą jednej ręki?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** o wysokości 880 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** z białym boczny o wymiarach 30 x 50 cm?**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** z regulacją wysokości białego boczno w zakresie 810 – 1060 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** wyposażoną w kółka o średnicy 65 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, której biał górny wyposażony jest w jeden reling oraz dwie listwy zapobiegające spadaniu przedmiotów?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**Czy Zamawiający dopuści **łóżeczko noworodkowe** o wymiarach całkowitych dł. 1000 x szer. 510 x wys. 950-1250 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**Czy Zamawiający dopuści **łóżeczko noworodkowe** z funkcją anti-Trendelenburga 15°?**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie nr 18:****Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**Czy Zamawiający dopuści **łożeczko noworodkowe** wyposażone w materacyk o wymiarach 750 x 400 mm?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**Czy Zamawiający dopuści **łożeczko noworodkowe** z dopuszczalnym obciążeniem roboczym wianienki 10 kg?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**Czy Zamawiający dopuści **łożeczko noworodkowe** wyposażone w koszyk na przechowywanie przyborów do pielęgnacji w dolnej części łożeczka?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:**Zadanie nr 2 – Łóżeczka noworodkowe:**

Czy Zamawiający dopuści łożeczko noworodkowe z pozycją anty-Trendelenburga 15°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka inwalidzkiego o parametrach;

Dane techniczne:

Maksymalna waga użytkownika: 130 kg

Szerokość siedziska: 50 cm

Długość całkowita z podnóżkiem: 112 cm,

Długość po złożeniu: 82,5 cm,

Szerokość po złożeniu: 29 cm,

Wysokość po złożeniu: 93,5 cm,

Waga całkowita: 16,60 kg

Średnica kół tylnych: 24"

Wykonany ze stali precyzyjnej

Podłokietnik B03 (ścięty),

koła przednie krypton,

koła tylne pełne/pompowane

koła tylne na szybkozłączce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (brozury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych wyłącznego dystrybutora oferowanego sprzętu na terenie Polski oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.



TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. W ustawie wyrobach medycznych mowa jest o autoryzowanym przedstawicielu a nie dystrybutorze. Wykonawca może załączyć oświadczenie producenta, jeżeli nie posiada pełnych materiałów informacyjnych.

Pytanie nr 25:**Zadanie nr 4 Fotel diagnostyczno-zabiegowy:**

Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy z regulacją:

- Kąta przechyłu Trendelenburga: od 0° do +10°

- Kąta przechyłu anty-Trendelenburga: od 0° do -12°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści długość zewnętrzną łóżka (całkowitą) 2035 mm (+/- 20 mm), szerokość zewnętrzną łóżka całkowitą 1045 mm (+/-10 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści cztery otwory w górnych narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści długość podstawy łóżka 145 cm, szerokość podstawy łóżka 70 cm (+/-2cm) dla zapewnienia stabilności leża w każdym jego położeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści elektryczne regulacje: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, mechaniczną przechyłów Trendelenburga.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości leża 370-89 mm (+/-20mm), gwarantujący bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegający "zeskakiwaniu z łóżka" (nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją 17 cm segmentu pleców, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe, w tym trzy ruchome wypełnione panelami metalowymi, nadające się do dezynfekcji, stabilnymi, montowanymi na stałe co zabezpiecza przed wypadaniem i nie kontrolowanym przesuwaniem się ich pod leżem jak to ma miejsce w przypadku montowanych na zatrzaski. Takie rozwiązanie daje bezpieczeństwo podczas resuscytacji, gdzie leże musi być twarde i stabilne, by prowadzić skuteczne uciskanie klatki pacjenta.

TELEFONY:

Centrala
tel. 91 466 10 00

Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15

Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16

Główny Księgowy
tel. 91 466 10 17

Naczelną Pielęgniarką
tel. 91 466 10 18

Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 91 466 10 86

Dział Organizacyjno-
Prawny
tel. 91 466 10 29

Dział Administracyjno-
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54

Dział Zaopatrzenia
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31

Dział Kadrowo-Płacowy
tel. 91 466 10 39

Dział Techniczny
tel. 91 466 10 70

KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900

Strona internetowa
spsk2-szczecin.pl

Poczta e-mail
spsk2@spsk2-szczecin.pl

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści funkcję zaawansowanej autoregresji, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści koła metalowe o średnicy 150 mm dające możliwość lepszego pokonywania progów przy transporcie pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści centralną oraz kierunkową blokadę kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną uda minimum 26 stopnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji anty Trendelenburga lecz z regulacją natychmiastową mechaniczną pozycji Trendelenburga minimum 12 stopni za pomocą dźwigni nożnej dla natychmiastowej regulacji w stanach zagrożenia życia. Takie rozwiązanie jest niezawodne, oszczędza czas oraz sprawia, że nie jest wymagany dodatkowy akumulator, który może nie zadziałać z powodu wyładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości leża 37-89 (+/-20mm) cm co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści szczyty o metalowej konstrukcji, wypełnione laminatem o dużej wytrzymałości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści cztery krążki odbojowe w narożnikach łóżka bez konieczności stosowania listew ochronnych wzdłuż ramy łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Płacowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez paneli przeziernych. Opisane panele mimo, iż są przeziernie i tak nie spełniają takiej funkcji ze względu na konstrukcję łóżka i brak dostępu pod leżem do wykonywania zdjęć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z trwałej płyty laminowanej z możliwością jej demontażu. Leże składające się z 4 części i płyt w każdym z segmentów. Płyta przezierna dla promieni RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z jonami srebra o właściwościach bakteriostatycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający wymaga gwarancji na łóżko 5 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga na zadanie nr 1 (łóżka + wyposażenie) okresu gwarancji 60 miesięcy.

Pytanie nr 45:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z białym boczny z regulacją wysokości i przechyłu o parametrach jak poniżej:

Szafka przyłóżkowa wykonana ze stalowej blachy z perforowanym dnem zapewniającym dostęp powietrza. Warstwowy laminowany blat, fronty szuflad i drzwi z wbudowanymi uchwyty.

Wyposażona z jednej strony w zewnętrzny uchwyt na butelkę, szufladę z wyciąganym pojemnikiem plastikowym dla łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji, wewnętrzną półkę z pomalowanej stalowej blachy, drzwi po obydwóch stronach otwierające się pod kątem 185°.

Biał boczny na posiłki z tworzywa sztucznego ABS z obrzeżem zatrzymującym płyny, pochylany, z regulacją wysokości i pochyleniem do 40° w dwie strony.

Maksymalne obciążenie boczno blatu na posiłki: 15 kg.

Podstawa na 4 podwójnych kółkach o średnicy 50 mm z hamulcem i plastikowymi krążkami odbojowymi.

Powłoka epoksydowa z dodatkiem antybakteryjnym.

Wymiary blatu na posiłki w cm: 56x40.

Waga szafki przyłóżkowej: 30 kg.

Wymiary w cm: 62x49x90/110 wys.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych: wysokość 90, głębokość 49 cm, szerokość 62cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach biał boczno 56x40cm, regulacji wysokości blatu boczno 90 - 110cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wyposażeniem: z jednej strony w zewnętrzny uchwyt na butelkę, szufladę z wyciąganym pojemnikiem plastikowym dla łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji, wewnętrzną półkę z pomalowanej stalowej blachy, drzwi po obydwóch stronach otwierające się pod kątem 185°.

Błat boczny na posiłki z tworzywa sztucznego ABS z obrzeżem zatrzymującym płyny, pochylany, z regulacją wysokości i pochyleniem do 40° w dwie strony.

Maksymalne obciążenie bocznego blatu na posiłki: 15 kg.

Powłoka epoksydowa z dodatkiem antybakteryjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści cztery kółka jezdne o średnicy minimum 50 mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem z hamulcem i plastikowymi kolkami odbojowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający dopuści blat górny bez relingu, blat boczny z obrzeżem zatrzymującym rozlane płyny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy Zamawiający oczekuje powłoki szafki epoksydowej z dodatkiem antybakteryjnym. Podstawa na 4 podwójnych kółkach o średnicy 50 mm z hamulcem i plastikowymi kółkami odbojowymi.

Wymiary blatu na posiłki w cm: 56x40.

Waga szafki przyłóżkowej: 30 kg.

Wymiary w cm: 62x49x90/110 wys.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 52:**Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Czy zamawiający dopuści taboret z tapicerką przeznaczoną do mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

