

## BIOLOGICZNA STENTOWA PROTEZA ZASTAWKI AORTALNEJ I MITRALNEJ

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, nazwa	Numery katalogowe dla wszystkich rozmiarów
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C=AxB</b>	<b>D</b>	<b>E=B+D</b>	<b>F=C+D</b>		
1	1. Konfiguracja standardowa – wykonane z materiału biologicznego 2. Kołnierz pierścienia wykonany z dakronu lub teflonu ze znacznikami. <b>3. Niepodatność na kalcyfikację minimum 15 lat</b> 4. Rozmiary zastawek aortalnych od 21 mm do 29 mm (co 2mm) 5. Rozmiary zastawek mitralnych od 27 do 33 mm (co 2mm) 6. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. 7. W zestawie dwa komplety miarek 8. Sprzęt sterylny 9. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne	130							
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>X</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
1	EOA (Efektywna powierzchnia otwarcia) dla najmniejszego oferowanego rozmiaru – im większa powierzchnia tym lepiej				..... <b>(NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYPEŁNIĆ)</b>				
2	Gradient ciśnienia dla najmniejszego oferowanego rozmiaru - im niższy tym lepiej <b>(Zamawiający wymaga maksimum 12mmHg w badaniu In vivo lub In vitro)</b>				..... <b>(NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYPEŁNIĆ)</b>				
3	Trombogeniczność - im niższa tym lepiej <b>(Zamawiający wymaga trombogeniczności poniżej 2,5%)</b>				..... <b>(NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYPEŁNIĆ)</b>				

W załączeniu przedstawiamy dokumenty wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oferowanych wyrobów w postaci ulotek, katalogów lub broszur zawierające co najmniej:

- producenta wyrobu
- nazwę wyrobu
- opis oferowanych wyrobów
- wszystkie numery katalogowe oferowanych wyrobów
- rozmiary oferowanych wyrobów