

Szczecin 08-03-2012r

znak sprawy: ZP/220/08/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 125 000 Euro) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych oraz zestawów do strzykawki automatycznej Opivantage DH

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, w zakresie Zadania nr 15, ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta wstrzykiwaczy kontrastu lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego aparatami:

- ✓ Medrad Mark V Plus (nr seryjny 63469I)
- ✓ Medrad Mark V ProVis (nr seryjny 106839)

i jako takie – nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwaczy, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparaty gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po prowadzonych interwencjach serwisowo-naprawczych i przeglądach okresowych)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane materiały

Pytanie 2:

Wnioskujemy o wyodrębnienie z Zadania nr 17 poz. 4 do osobnego Zadania, lub umożliwienie składania ofert w Zadaniu 17 na każdą pozycję oddzielnie co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

UZASADNIENIE:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania Zagwarantuje Zamawiającemu dostawy sprzętu, którego jakość zapewni bezpieczną eksploatację w/w wstrzykiwaczy kontrastu (bezpieczną zarówno dla Pacjenta, jak i samych urządzeń), jak również da nam możliwość złożenia ważnej oferty, np.: w ramach Pakietu nr 17 w przedmiotowym postępowaniu przetargowym po bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach w stosunku do innych potencjalnych ofert, co na pewno nie jest bez znaczenia dla finansów publicznych Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie wskazanej pozycji

Pytanie 3

PAKIET 6 poz.3

Czy możliwe jest doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez określenie czy Zamawiający wymaga stentu samorozprężalnego czy stentu rozprężanego na balonie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 poz 3 stentu rozprężanego na balonie.

Pytanie 4

Pytania dotyczące wzoru umowy:

W § 10 ust. 1a Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” określeniem „zwłoki” oraz słów: "za każdy dzień opóźnienia" słowami "za każdy dzień roboczy zwłoki" ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

W § 10 Umowy - czy możliwa jest zmiana polegająca na tym, że dodany zostanie nowy ust. 3 o treści: "3. Łączna kwota kar umownych, jakimi Kupujący może obciążyć Sprzedawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji 3 pakietu nr 17 :

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie poz. Nr 3 w pakiecie nr 17

Czy dren Y o długości 150 cm powinien posiadać jedną zastawkę wstrzymującą czy dwie zastawki wstrzymujące, które dają wyższy profil bezpieczeństwa podczas wykonywania badania przy użyciu tego drenu?

ZADANIE NR 17: ZESTAWY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ OPTIVANTAGE DH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Zamawiana liczba na okres 15 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
			A	B	C=AxB	D	E=B+D	F=C+D
1	Wkład do strzykawki automatycznej podwójny	W pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną Optivantage DH. Skład: dwa wkłady o pojemności 200 ml., złącze do napełniania środkiem cieniującym, dren o długości 150 cm, dren rozgałęziający typu Y z dwoma zabezpieczającymi zaworami.	3 500					
2	Wkład do strzykawki automatycznej pojedynczy	W pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną Optivantage DH. Skład: jeden wkład o pojemności 200 ml., złącze do napełniania środkiem cieniującym, dren o długości 150 cm, dren rozgałęziający typu Y z dwoma zabezpieczającymi zaworami.	500					
3	Dren "Y"	O długości 150 cm.	500					
4	Y-adapter	Y-adapter 15 cm z dwiema zastawkami wstrzymującymi	1 500					
x	RAZEM	x	x	X		X	x	

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż dren „Y” powinien mieć dwie zastawki wstrzymujące

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne jednorazowego użytku stosowane w kardiologii.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne do zabiegów kardiologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy jest: sprzęt medyczny jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczy zadania nr 13 - Strzykawka ciśnieniowa z manometrem

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ciśnieniową o ergonomicznym kształcie oraz z czytelnym manometrem. Z zakresem od 0 do 30 atm oraz zakończony zakończony rotatorem męskim (tak jak na rysunku poniżej).

Zwiększony zakres ciśnienia jest atutem strzykawki, a w dodatku pozytywna odpowiedź na nasze pytanie poszerzy grono oferentów co na pewno wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną Zamawiającego.



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowaną strzykawkę

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE