

Szczecin 19-03-2012r

znak sprawy: ZP/220/08/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 125 000 Euro) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych oraz zestawów do strzykawki automatycznej Opivantage DH

Wyjaśnienia nr 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Dot, zadanie 10**

Prosimy o dopuszczenie stentów samorozprężalnych nitinolowych, pokrytych PTFE, dobrze cieniujący, łatwych do wprowadzenia przez słuzę, o dużej sile rozprężeni, prosty system uwalniania, nie ulegający skróceniu przy implantacji.

Średnice: 5,6,7,8,9,10,11,13 długość 2,5,5,10,15, przy średnicach 5,6,7,8 oprócz wymienionych dodatkowo jeszcze długość 25.

Możliwość zaoferowania stentów z powłoką heparynową i w rozbiciu na poszczególne długości ,co umożliwi Zamawiającemu z korzystnych cen. W załączeniu propozycja formularza cenowego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane stenty oraz średnice wraz z długościami. Zamawiający nie dopuszcza stentor z powłoką heparynową oraz nie wyraża zgody na rozbicie formularza cen jednostkowych na poszczególne długości.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE