

Szczecin, dn. 15.12.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/108/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów archiwizacyjnych, szaf ubraniowych metalowych, wózków, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz innego wyposażenia.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 7 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej całkowitej 985mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej całkowitej 1030mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką stalową montowana na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści wypełnienia szczytów w 5 kolorach w tym beż, biel, seledyn, niebieski, granat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych a jedynie z krążkami odbojowymi, które są najbardziej wysuniętym elementem w łóżku i chronią łóżko i ściany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwie bariery boczne całej długości łóżka wykonane ze stali malowane proszkowo, mocowane do szczytów łóżka odporne na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 430x430mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8 Łóżka szpitalne z regulacją wysokości i szafki przyłóżkowe:**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej całkowitej 985mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej całkowitej 1030mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści wypełnienia szczytów w 5 kolorach w tym beż, biel, seledyn, niebieski, granat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych a jedynie z krążkami odbojowymi, które są najbardziej wysuniętym elementem w łóżku i chronią łóżko i ściany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwie barierki boczne całej długości łóżka wykonane ze stali malowane proszkowo, mocowane do szczytów łóżka odporne na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści blat o wymiarach 550mmx430mm?

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o szafkę, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 4

Proszę o informację jakie środki myjąco- dezynfekujące używa szpital?

Odpowiedź:

Mycie i dezynfekcja Incidin+, przy zaleceniu Sanepidu pełna dezynfekcja Incidin Activ lub Virkon.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wózek z maksymalnym obciążeniem do 125 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wózek z tapicerką z poliestru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 3 (wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej):**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o całkowitej szerokości bez poręczy 680mm, a z założonymi

poręczami (wymaganymi w SIWZ) 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70^o? Parametr ten jest wyższy niż wymagany w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga 0-23^o? Parametr ten jest wyższy niż wymagany w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 7.1 (Łóżko szpitalne):

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2190 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości leża 895 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wysokości leża 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym siatką stalową montowaną na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami wypełnionymi wkładem z płyty tworzywowej dostępnej w palecie 8 kolorów?

Odpowiedź:

Tak, ale wymagane bezwzględnie jak w SIWZ.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym wysięgnik ręki montowany jest centralnie na szczycie łóżka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie chce wysięgnika.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami bocznymi wykonanymi z rur stalowych, obejmujących ok. ¾ długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2230 mm oraz szerokości bez

barierek lub z założonymi barierkami 1040 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o długości całkowitej 2165 mm, szerokości bez barierek 965 mm, a z założonymi barierkami 1018 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o wymiarach leża 1960 x 895 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 7.2 (Szafka przyłóżkowa):

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu 400 x 405 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 850 mm (w tym wysokość blatu 795 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z układem: blat – szuflada – wolna przestrzeń – kontener (bez siatki na obuwie w dole szafki)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 8.1 (Łóżko szpitalne z regulacją wysokości):

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o całkowitej długości zewnętrznej 2180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o regulacji wysokości leża w zakresie 320 do 855 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne w którym leże wypełnione jest stalowymi lamelami, łatwymi w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-76°? Parametr ten jest wyższy niż wymagany w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z pilotem wyposażonym w blokadę wszystkich funkcji bądź selektywnie tylko funkcji ratujących życie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne ze szczytami wypełnionymi wkładem z płyty tworzywowe dostępnej w paletce 8 kolorów?

Odpowiedź:

Tak, ale bezwzględnie jak w SIWZ.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne bez listew ochronnych na ramie leża? Funkcję ochronną pełnią krążki odbojowe, które są najbardziej krańcowymi elementami obrysu łożka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z kołami w obejmie metalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko wyposażone w tzw. osiową blokadę kół? W tym systemie zatrzymywane są parami po dwa koła równoległe do osi szczytu. System ten zapewnia także blokadę kierunku jazdy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z barierkami bocznymi wykonanymi z rur stalowych, chromowanych lub lakierowanych, obejmujących ok. $\frac{3}{4}$ długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne bez autoregresji segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 8.2 (szafka przyłóżkowa):**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę z blatem o wymiarach 510 x 390 mm (co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ)?

Odpowiedź:

Tak, pozostałe jak w SIWZ.

Zadanie nr 9.1: Łóżko szpitalne na sale pooperacyjne:**Pytanie nr 49:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z leżem wypełnionym na stałe sztywnymi, trwałymi panelami z płyty HPL, przezroczymi dla promieni RTG, odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko o długości zewnętrznej 2280 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z leżem o wymiarach 800 x 2070 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne ze szczytami tworzywowymi z wypełnieniem w dostępnej w paletce 8 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją wysokości w zakresie 390-770 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją wysokości w zakresie 410-710 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z pilotem i centralnym panelem sterującym, który to panel (a nie pilot) posiada możliwość blokad poszczególnych funkcji. Jest to rozwiązanie dużo bezpieczniejsze, gdyż personel, a nie pacjent decyduje o ewentualnym zablokowaniu danej funkcji łożka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie $15^0 (+/- 3^0)$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z barierkami bocznymi tworzywowymi, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, składanymi niezależnie, po dwie na każdy bok łożka? Pragniemy nadmienić, że zaferowane barierki tworzywowe wykonane są w nanotechnologii srebra, która hamuje namnażanie bakterii i grzybów.

Odpowiedź:

Tak, ale na całej długości łożka.

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z barierkami bocznymi wykonanymi z rur stalowych lakierowanych lub chromowanych obejmujących ok. $\frac{3}{4}$ długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z barierkami bocznymi wykonanymi z rur stalowych lakierowanych lub chromowanych obejmujących całą długość leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z gniazdami wieszaka kroplówki lub uchwytu rąk wyłącznie od strony głowy pacjenta, z lewej i z prawej strony (dwa gniazda)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko o wymiarach leża 840 x 2000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z regulacją wysokości w zakresie 450-850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 9.2 (szafka przylózkowa):

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę z blatem o wymiarach 510 x 390 mm (co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ)?

Odpowiedź:

Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3:

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z oparciem pleców regulowanym w zakresie 0-65°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Prosimy o wskazanie czy w poz. 21 i 22 opisu parametrów technicznych wózka do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej nie nastąpiła pomyłka – „Nazwa producenta podgrzewacza...”; „Nazwa oferowanego modelu podgrzewacza...”?

Odpowiedź:

Tak, powinno być wózka.

Zadanie nr 6:

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją kąta uniesienia zagłówka w zakresie od -30° do +45°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 7:

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (zadanie nr 7.1) z leżem o szerokości 900 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (zadanie nr 7.1) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (zadanie nr 7.1) o szerokości 950 mm (bez barierki bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8:

Pytanie nr 72:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (zadanie nr 8.1) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (zadanie nr 8.1) o szerokości 950 mm (bez barierki bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 3 Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**Pytanie nr 74:**

Lp.1 Czy zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2115mm? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego, zwiększa komfort pacjenta poprzez wydłużenie długości wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Lp.2 Czy zamawiający dopuści wózek którego parametr regulacji wysokości zawiera się w przedziale 600mm – 830mm ? Parametr ten jest równoważny , nieznacznie różni się od wymaganych wartości o nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76:

Lp.3 Czy zamawiający dopuści wózek o parametrze regulacji segmentu pleców mieszczącym się w zakresie 0° – 70° ? Parametr ten jest korzystniejszy przez zwiększenie granicy parametru o 10°.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

Lp.4 Czy zamawiający dopuści wózek o parametrze przechyłu trendelenburga I antytrendelenburga mieszczącego się w zakresie 0 – 13° ? W przypadku przechyłu anty trendelenburga w oferowanym wózku parametr jest korzystniejszy o 1° w stosunku wymaganych wartości. Podane wartości w przechyłu trendelenburga nieznacznie różnią się od wymaganych parametrów. Zaproponowany zakres jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznych czynności przy pacjencie. Jest to rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

Lp.10 Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z polipropylenu, składane pod leże zapewniające bezpieczeństwo podczas schodzenia z wózka I wchodzenia na niego? Rozwiązanie to jest korzystniejsze od chromowanych barierki , ze względu na użyty materiał który nie stwarza zagrożenia poważnego uszkodzenia pacjenta w przypadku upadku bądź gwałtownych ruchów na wózku. Ponadto polipropylenowe barierki zapewniają łatwą dezynfekcję, bardzo dużą trwałość I lekkość oraz elegancką estetykę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79:

Lp.21 Czy zamawiający wymaga dostarczenia podgrzewacza w zadaniu nr 3 czy ten podpunkt w tabeli można pominąć traktować jako błąd przy tworzeniu specyfikacji?

Odpowiedź:

Tak, powinien być wózek.

Pytanie nr 80:

Lp.22 Czy zamawiający wymaga dostarczenia podgrzewacza w zadaniu nr 3 czy ten podpunkt w tabeli można pominąć traktować jako błąd przy tworzeniu specyfikacji?

Odpowiedź:

Tak, powinien być wózek.

Dotyczy zadania nr 10 Stół zabiegowy:**Pytanie nr 81:**

Lp.3 Czy zamawiający dopuści stół który nie jest wyposażony w regulacje do pozycji antytrendelenburga? Parametr ten nie wpływa znacznie na funkcjonalność fotela. Urządzenie rekompensuje brak pozycji antytrendelenburga szerokim wachlarzem regulacji segmentów , w tym pozycji trendelenburga. Pilot obsługuje wszystkie segmenty , łącznie z wysokością stołu, poza pozycją antytrendelenburga.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

Lp.13 Czy zamawiający dopuści stół o szerokości siedziska 65cm? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego, ponieważ dodatkowe 10cm szerokości pozytywnie wpływa na komfort pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

Lp.15 Czy zamawiający dopuści stół który nie jest wyposażony w regulacje do pozycji antytrendelenburga? Parametr ten nie wpływa znacznie na funkcjonalność fotela. Urządzenie rekompensuje brak pozycji antytrendelenburga szerokim wachlarzem regulacji segmentów, w tym pozycji trendelenburga. Regulacja segmentu trendelenburga mieści się w zakresie od 0° do 20° zgodnie z wymogiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zapisów SIWZ – Rozdział X, pkt. 1, ppkt. 1.1 lit. b):**Pytanie nr 84:**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności złożenia certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanych wyrobów medycznych klasy I, gdyż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ta klasa nie wymaga takiego certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraźnie określił w SIWZ, iż dokumentów określonych w rozdziale I pkt. IX ppkt. 1.1. lit. b) i c) będzie wymagał, jeżeli będzie to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010 r., poz. 679).

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 5 szt.:**Pytanie nr 85:**

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej**, posiadający długość całkowitą 2110 mm oraz szerokość całkowitą 805 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od zakresów tolerancji wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej**, posiadający oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0° do 70°? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej**, posiadający kąt przechyłu Trendelenburga 0° - 12° i anty-Trendelenburga 0° - 12°? Oferowane zakresy będą w pełni wystarczające podczas użytkowania wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej**, posiadający dwusegmentowe leże wypełnione płytą tworzywową HPL umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG w segmencie oparcia pleców oraz przeprowadzenie reanimacji? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89:

Czy Zamawiający dopuści **wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej**, wyposażony w poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej, wykończone tworzywem sztucznym? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8.1 – Łóżko szpitalne z regulacją wysokości – 41 szt.:

Pytanie nr 90:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające długość zewnętrzną (całkowitą) 2200 mm? Oferowana długość będzie funkcjonalna podczas codziennego użytkowania łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające wymiary leża 2000 x 860 mm? Oferowane wymiary będą funkcjonalne podczas codziennego użytkowania łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające leże czterosegmentowe wypełnione płytą HPL? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i jednocześnie podnosi walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, wodoodpornego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych; akcenty kolorystyczne na szczytach dostępne w min. 10 kolorach, w tym beż, biel, zieleń, seledyn, turkus, niebieski, granat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające dopuszczalne obciążenie 250 kg? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające cztery duże (o wysokości 6 cm) krążki odbojowe w narożnikach łóżka, które są wystarczającym rozwiązaniem, aby ochronić łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96:

Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające wielofunkcyjne barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża łóżka, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do utrzymania w czystości? Oferowane rozwiązanie to barierki zgodne z najnowszą normą EN 60601-2-52, regulowane są niezależnie, poruszają się wraz segmentem oparcia pleców, chronią pacjenta również w pozycji

siedzącej i fotelowej. Dodatkowo posiadają wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka.



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8.1 – Łóżko szpitalne z regulacją wysokości – 41 szt.:

Pytanie nr 97:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające szerokość zewnętrzną całkowitą wraz z barierkami 1010 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające wymiary leża 1960 x 900 mm? Oferowana długość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka i różni się jedynie o 20 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast szerokość jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające zakres regulacji wysokości leża 430 – 830 mm? Oferowany zakres różni się jedynie o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające leże czterosegmentowe wypełnione tworzywem ABS? Jest to rozwiązanie znacznie lepsze i bardziej estetyczne niż wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, wyposażone w pilota przewodowego z czytelnymi piktogramami bez konieczności blokowania poszczególnych funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 102:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, wodoodpornego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych; akcenty kolorystyczne na szczytach dostępne w min. 10 kolorach, w tym beż, biel, zieleń, seledyn, turkus, niebieski, granat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, posiadające cztery krążki odbojowe w narożnikach łóżka, które są wystarczającym rozwiązaniem, aby ochronić łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne z regulacją wysokości**, wyposażone w dwie barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na ok. 3/4 długości leża, zgodne z najnowszą normą europejską EN 60601-2-52, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, mocowane do ramy leża, odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne? Oferowane rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż wskazane przez Zamawiającego, ponieważ barierki mocowane do szczytów łóżka uniemożliwiają wyjęcie szczytu czego Zamawiający wymaga w pkt. 10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Zadanie nr 8.2 – Szafka przyłóżkowa – 51 szt.:

Pytanie nr 105:

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, posiadającą szufladę wysuwaną dwustronnie, bez konieczności zastosowania w niej wyjmowanego pojemnika tworzywowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106:

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, posiadającą wymiary blatu 535 mm x 470 mm oraz wysokość całkowitą 880 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego.



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 8.2 – Szafka przyłóżkowa – 51 szt.:

Pytanie nr 107:

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** o poniższych parametrach:

- Konstrukcja szafki wykonana z profili aluminiowych, anodowanych
- Drzwi oraz czoła szuflady wypełnienie wysokiej jakości płytą meblową laminowaną (dostępna w min. 10 kolorach w tym beż, biel, zieleń, seledyn, turkus, niebieski, granat)
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym odporny na dezynfekcję, wilgoć i wysoką temperaturę
- Drzwiczki otwierane jednostronnie
- Szuflada wysuwana jednostronnie
- Wymiary szafki: 480 x 400, wysokość całkowita 880 mm
- Cztery kółka jezdne, w tym dwa z indywidualną blokadą
- Konstrukcja szafki zapewniająca łatwe utrzymanie w czystości



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Zadanie nr 9.1 – Łóżko na salę pooperacyjną - 11 szt.:

Pytanie nr 108:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko na salę pooperacyjną**, posiadające długość zewnętrzną 2200 mm? Oferowana długość będzie funkcjonalna podczas codziennego użytkowania łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko na salę pooperacyjną**, posiadające leże 4 sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione panelami tworzywowymi HPL, panele gładkie, bez konieczności demontowania, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1 kg), nadające się do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko na salę pooperacyjną**, posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 840 mm? Oferowany dolny zakres (420 mm) różni się jedynie o 20 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast górny (840 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111:

Czy Zamawiający dopuści **łóżko na salę pooperacyjną**, posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 0° - 13° i anti-Trendelenburga 0° - 14°? Oferowane zakresy będą w pełni wystarczające podczas użytkowania łóżka.



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 9.2 – Szafka przyłóżkowa – 11 szt.:

Pytanie nr 112:

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, posiadającą szufladę wysuwaną dwustronnie, bez konieczności zastosowania w niej wyjmowanego pojemnika tworzywowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113:

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, posiadającą wymiary blatu 535 mm x 470 mm oraz wysokość całkowitą 880 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego.



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 9.2 – Szafka przyłóżkowa – 11 szt.:**Pytanie nr 114:**

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** o poniższych parametrach:

- Konstrukcja szafki wykonana z profili aluminiowych, anodowanych
- Drzwi oraz czoła szuflady wypełnienie wysokiej jakości płytą meblową laminowaną (dostępną w min. 10 kolorach w tym beż, biel, zieleń, seledyn, turkus, niebieski, granat)
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym odporny na dezynfekcję, wilgoć i wysoką temperaturę
- Drzwiczki otwierane jednostronnie
- Szuflada wysuwana jednostronnie
- Wymiary szafki: 480 x 400, wysokość całkowita 880 mm
- Cztery kółka jezdne, w tym dwa z indywidualną blokadą
- Konstrukcja szafki zapewniająca łatwe utrzymanie w czystości



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115:**Dotyczy SIWZ**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od

producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadanie nr 7:

Pytanie nr 116:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość całkowita wraz z barierkami wynosi 1060mm? Szerokość różni się nieznacznie od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860mm? Parametr odbiega nieznacznie od wymaganego, co nie będzie miało wpływu na komfort pobytu pacjenta na łóżku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118:

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie konstrukcyjne polegające na wypełnieniu leża siatką stalową montowaną na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 0 – 75°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w trwałe i wytrzymałe szczyty, łatwe do dezynfekcji, dzięki gładkim powierzchniom wykonane z jednolitego odlewu tworzywowego, co zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121:

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z kolorowymi wypełnieniami do wyboru z 10 propozycji, spełniające wymagania stawiane w SIWZ za wyjątkiem koloru granatowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające krążki odbojowe w narożnikach oraz listwy odbojowe umieszczone wzdłuż ramy na barierkach bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 na poziomie 170kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, zabezpieczające w pełni pacjenta przed upadkiem, będące na długości 3/4 leża, mocowane za pomocą zacisków do ramy leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia zastępczego egzemplarza na czas naprawy jeśli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w czasie do dwóch dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126:

Czy Zamawiający mając na uwadze konkurencyjność ofert dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis?

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada na prowadnicach suwnych i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na podwójnych kółkach o średnicy. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł.) 825x430x430 mm +/- 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadanie nr 8:

Pytanie nr 127:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego długość zewnętrzna wynosi 2180mm oraz szerokość całkowita 990mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129:

Czy Zamawiający mając na uwadze ergonomię pracy personelu oraz konieczność minimalizacji miejsc trudno dostępnych, w których mogłyby się rozwijać bakterie będzie wymagał aby zaoferowania łóżka czterosegmentowego z leżem wypełnionym tworzywowymi, odejmowanymi panelami ABS (kilka panelu w segmencie pleców i nóg), które są łatwiejsze do dezynfekcji dzięki gładkim powierzchniom, a dzięki możliwości odłączenia gwarantują pełne umycie i dezynfekcję? Dezynfekcja gładkich panelu ABS odbywa się dużo szybciej niż w przypadku metalowej kratki. Czyszczenie metalowej kratki trwa dłużej, jest nieporęczne dla personelu. Często dezynfekcja tego typu leża wykonywana jest pobeżnie co grozi niedokładnym wyczyszczeniem leża i rozwojem drobnoustrojów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 130:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w trwałe i wytrzymałe szczyty, łatwe do dezynfekcji, dzięki gładkim powierzchniom wykonane z jednolitego odlewu tworzywowego, co zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131:

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, opisując łóżko z elektrycznymi regulacjami będzie wymagał aby łóżko posiadało elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga z możliwością ustawienia leża w pozycji antyszokowej jako funkcje używane w chwili gdy życie pacjenta jest zagrożone? Ustawienie pozycji antyszokowej w chwili omdlenia, utraty przytomności pacjenta jest pierwszym krokiem, który należy podjąć.

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 132:

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z kolorowymi wypełnieniami do wyboru z 10 propozycji, spełniające wymagania stawiane w SIWZ za wyjątkiem koloru granatowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133:

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta będzie wymagał lepszego obciążenia roboczego na poziomie minimum 250kg?

Odpowiedź:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 134:

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w akumulator umożliwiający elektryczną regulację segmentów w przypadku braku prądu lub podczas transportu?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 135:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające krążki odbojowe w narożnikach oraz listwy odbojowe umieszczone wzdłuż ramy na barierkach bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, zabezpieczające w pełni pacjenta przed upadkiem, będące na długości 3/4 leża, mocowane do ramy leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137:

Czy Zamawiający wymagając łóżka z funkcją autoregresji oparcia pleców będzie oczekiwał funkcji autoregresji również w segmencie uda? Funkcja autoregresji chroni pacjenta przed odleżynami dzięki odsuwaniu się dolnej krawędzi segmentów w trakcie ich odnoszenia. Rozwiązanie chroni pacjenta przed siłami tarcia materaca o skórę. Funkcja autoregresji zarówno w segmencie pleców ora uda zabezpiecza ciało pacjenta w najbardziej newralgicznych punktach.

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie nr 138:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia zastępczego egzemplarza na czas naprawy jeśli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w czasie do dwóch dni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 139:

Czy Zamawiający mając na uwadze konkurencyjność ofert dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis?

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada na prowadnicach suwnych i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na podwójnych kółkach o średnicy. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł.) 825x430x430 mm +/- 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadanie nr 9:

Pytanie nr 140:

Czy w odniesieniu do pkt 7 Zamawiający oczekuje zaferowania łóżka z leżem wypełnionym tworzywowymi paneli tj. po kilka paneli w segmentach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 142:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 – 15°? Rozwiązanie różni się nieznacznie od wymaganego oraz nie będzie miało wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm gwarantujące łatwe prowadzenie łóżka i doskonałą zwrotność?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 145:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia zastępczego egzemplarza na czas naprawy jeśli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w czasie do dwóch dni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 146:

Czy Zamawiający mając na uwadze konkurencyjność ofert dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis?

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada na prowadnicach suwnych i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na podwójnych kółkach o średnicy. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł.) 825x430x430 mm +/- 20 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 7.1: Łóżko szpitalne:

Pytanie nr 147:

Czy zamawiający dopuści Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy, malowane proszkowo, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 8.1: Łóżko szpitalne z regulacją wysokości:

Pytanie nr 148:

Czy zamawiający dopuści Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy, malowane proszkowo, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 149:

Czy zamawiający dopuści barierki boczne 3/4 łóżka metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 470 mm nad poziomem leża bez materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 150:

Czy zamawiający dopuści kąt odchylenia oparcia pleców w przedziale 0-73 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9.1: Łóżko na salę pooperacyjną:

Pytanie nr 151:

Czy zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z aluminium z kolorowymi wklejkami z tworzywa HPL. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnych miejsc, zgodne z normą IEC 60601-2-52:2010. Barierki składające się z min. dwóch poziomych profili, składane obok ramy leża, Wysokość barierek nad leżem bez materaca min. 430 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152:

Czy zamawiający dopuści Regulacja elektryczna pozycji Trendelburga i antytrendelburga 0-16°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9:**Pytanie nr 153:**

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża mierzoną od podłogi do górnej krawędzi leża bez materaca, przy kołach 150mm, w zakresie 340-780cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154:

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelburga i anti-Trendelburga 16 +/- 4 stopnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155:

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji oparcia pleców względem ramy leża 0-62 stopnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, parametr ten niewiele różni się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łóżka z tzw. inteligentnym autokonturem, w którym elektryczna regulacja kąta nachylenia uda będzie odbywała się w zakresie 35+/-5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które w swojej ofercie ma 3 warianty kolorystyczne dot. szczytów łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 2 kg) nadające się do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 2190 mm, parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5,2 Taboret obrotowy z regulacją wysokości:**Pytanie nr 161:**

Czy Zamawiający dopuszcza następujące wymiary siedziska: średnica 350mm, wysokość 430-550mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,1 Kozetka:**Pytanie nr 162:**

Czy Zamawiający zamawiający dopuszcza wymiary: wysokość 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,2 Stojak do kroplówki:

Pytanie nr 163:

Czy Zamawiający dopuści stojak o wymiarach: szerokość 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,3 Parawan:

Pytanie nr 164:

Czy Zamawiający dopuści parawan o wymiarach : wysokość 1700mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,4 Wózek wielofunkcyjny oddziałowy:

Pytanie nr 165:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach :szerokość 430mm, długość 1000mm, wysokość 890mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,5 Wózek do rozwożenia leków:

Pytanie nr 166:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 430mm, długość 660mm, wysokość 890mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6,6 Stolik zabiegowy:

Pytanie nr 167:

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach: szerokość 430mm, długość 805mm, wysokość 890mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 6,7 Podnózek jednostopniowy:

Pytanie nr 168:

Czy Zamawiający dopuści podnózek o wymiarach: szerokość 320mm, długość 480mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5.2 Taboret obrotowy:

Pytanie nr 169:

Poz. nr 2 Wymiary: średnica siedziska 620mm, wysokość 470-610mm.

Czy w powyższym opisie nie nastąpiła omyłka pisarska, standardowa szerokość siedziska to około 35 cm, natomiast podana przez Zamawiającego wartość odnosi się bardziej do szerokości podstawy.

Odpowiedź:

Tak, nastąpiła pomyłka: średnica 35 cm, regulacja wysokości 470-610, dopuszcza się regulację wysokości 430-550.

Pytanie nr 170:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy o parametrach;

Min. wysokość, mm	650
Max. wysokość, mm	900
Średnica siedziska, mm	390
Grubość siedziska, mm	100
Średnica podstawy, mm	640

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający dokonuje korekty wymiarów w zadaniu nr 1 poz. 10 (Regał kolumnowy pięciosegmentowy).
Prawidłowe wymiary: 5000x600x200.**

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem