

Szczecin 16-03-2012r

znak sprawy: ZP/220/13/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 125 000 Euro) na dostawę **sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk oraz kubeczków jednorazowych**

Wyjaśnienia nr 2

Zamawiający informuje iż unieważnia odpowiedź na pytanie 79 i pytanie 80 zawarte w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 12-03-2012r.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, udziela ponownie wyjaśnień na wskazane wyżej pytania.

Pytanie 1 (Pytanie 79 z wyjaśnień nr 1)**Dotyczy zadania 23**

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści cewnik do cystometrii (profilometrii) w rozmiarach 8Ch i 10Ch, z kanałami kodowanymi kolorami:

- do pomiaru ciśnienia w cewce moczowej – żółty
- do pomiaru ciśnienia w pęcherzu – niebieski
- do podawania płynów do pęcherza – przezroczysty?

Pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 2 (Pytanie 80 z wyjaśnień nr 1)****Zadanie 23**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści cewnik rektalny, wykonany z silikonu, w rozmiarach 10Ch i 18Ch, dł. 30cm?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.**

W związku ze zmianą udzielonych wcześniej wyjaśnień Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

- składanie ofert do 27-03-2012 do godz. 09:30
- otwarcie ofert do 27-03-2012 do godz. 10:00

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE