

Szczecin, dn. 30.03.2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/28/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników diagnostycznych na potrzeby Pracowni Immunologicznej dla SPSK 2 PUM w Szczecinie

Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie nr 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do izolacji DNA, który spełnia a nawet przewyższa opisane parametry, ale który zawiera zliofilizowana Proteinazę, która po rozpuszczeniu ma stężenie 10mg/ml, który zawiera bufor płuczający na bazie 70% alkoholu etylowego i który nie zawiera odrębnego buforu do lizy erytrocytów?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkt posiadający osobny bufor lizujący do erytrocytów a także proteinazę w postaci gotowej do użycia (nie lizofilizowaną).**

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na mniej niż dwa dni przed terminem składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający

dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert następująco :

- składanie ofert do dnia 05.04.2016 r. do godz. 10.00,
- otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2016 r. o godz. 11.00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem