

Szczecin 05-09-2012 r.

znak sprawy: ZP/220/34/12

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zad. nr 4:

Poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 – Prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Proponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na konkurencyjność postępowania, gdyż wydzielenie tych pozycji pozwoli uczestniczyć w przetargu bezpośrednim importerom, którzy sprowadzają tylko ten rodzaj asortymentu laboratoryjnego i mogą zaproponować wyroby o wysokiej jakości i bardzo dobrych cenach dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. zad. nr 4:

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania patyczek do pobierania wymazów o długości całkowitej 150 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dot. zad. nr 8:

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia przystąpienia do postępowania większej ilości wykonawców, co ze względów ekonomicznych jest korzystne dla Zamawiającego, dokona modyfikacji specyfikacji poprzez wyrażenie zgody na wydzielenie z zadania nr 8 pozycji 9, 10 i 11 i utworzenie osobnego pakietu na te pozycje wraz z odpowiednim podziałem wysokości wadium?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 dot. zad. nr 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie nakłuwaczy w opakowaniu w postaci sześciokątnego kartonika o wymiarach 11,5 x 12,5 x 13 cm z wygodnie otwieraną górną pokrywą? Pozostałe parametry nakłuwaczy (przeznaczenie, głębokość nakłucia, wielkość opakowania) zostają zachowane zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. zad. nr 13:

Czy Zamawiający dopuści nóż 2,5 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. zad. nr 14:

Czy Zamawiający dopuści nóż o kalibracji 1,4 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 dot. zad. nr 15:

Czy Zamawiający dopuści manipulator o długości całkowitej 135 mm, dł. Części roboczej 15 mm, zagięta końcówka o długości 0,5 mm, średnica 0,2 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. zad. nr 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tym zadaniu noża typu Crescent o średnicy poprzecznej 2,3 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 dot. § 1 ust 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Ilość wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80% ilości podanej w formularzu (ach) cen jednostkowych.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dot. zad. nr 9 poz. 7:

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus Chemo czerwony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 dot. § 10 ust. 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości w wysokości 0,5% **wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie lub wartości brutto wadliwej partii towaru** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie lub wartości brutto wadliwej partii towaru**

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 dot. zad. nr 13:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 nóż okulistyczny typu Crescent o średnicy poprzecznej 2,0 mm lub 2,3 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy w zawiązku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 dot. § 10 ust. 1:

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 10 ust. 1 na zapis: “W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

- a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu (...) w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto niezrealizowanej części zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.
- b) W przypadku odstąpienia (...) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określone w § 6 umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 dot. § 10:

Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 3 w § 10 Projektu umowy o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestania produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2% od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 dot. § 10 ust. 4:

Prosimy Zamawiającego na zmianę treści § 10 ust. 4 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana stawki podatku VAT jest określona w § 6 ust. 3.

Pytanie 17 dot. SIWZ:

Czy Zamawiający w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek, dokumentów dopuszczających oraz certyfikatów CE?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 18 dot. zad. nr 6 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worków do zbiórki moczu pakowanych maksymalnie po 259 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dot. zad. nr 6 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego worka do zbiórki moczu u dorosłych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. zad. nr 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika z zakończeniem typu Nelaton z kolorowym oznaczeniem konektora zależnie od rozmiaru z balonem o pojemności 5-10ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dot. zad. nr 8 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Couvelaire dwudrożnego w standardowych rozmiarach od 16-24 Ch i balonem 50 ml. Cewnik tego typu – dwudrożne wykonane z lateksu silikonowego są standardowo produkowane w zakresie rozmiarów 16-24 CH przez większość wiodących producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22 dot. zad. nr 8 poz. 3, 4, 5, 7 i 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania asortymentu pakowanego maksymalnie po 100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zbiorcze opakowanie po 100 sztuk pod warunkiem, że pośrednie opakowanie będzie wynosiło maksymalnie 50 sztuk.

Pytanie 23 dot. zad. nr 8 poz. 6:

Czy cewniki do karmienia mają być pozbawione DEHP z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 24 dot. zad. nr 12 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego z PCV, dwie rury karbowane długości 180 cm, złącza 22 F typu Flex, łącznik Y z kolankiem i czerwonym kapturkiem zabezpieczającym, biologicznie czysty, opakowanie folia papier.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25 dot. zad. nr 12 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, z PCV, dwie rury gładkie w środku długości 180 cm, złącza 22 mmF typu flex, łącznik Y z kolankiem (15M/22M – 15F), dodatkowa rura długości 80 cm z workiem bezlataksowym o poj. 2,0 litra, sterylny, opakowanie folia papier.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dot. zad. nr 17 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski bez uźebrowania, tak jak dotychczas stosowana w Państwa placówce.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot. zad. nr 17 poz. 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy maska ma posiadać rozmiar kodowany różnym kolorem mankietu oraz rozmiarem opisanym na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 28 dot. zad. nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 przez zestaw czterokomorowy rozumie aby zestaw (tak jak dotychczas używany) wyposażony był w komorę kolekcyjną, komorę zastawki wodnej, komorę regulacji siły ssania i komorę lub zawór umożliwiający uwolnienie nadmiaru dodatniego ciśnienia na wypadek awarii próżni?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 29 dot. zad. nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuszcza zaoferowanie nie używanych dotychczas przez Zamawiającego zestawów do drenażu klatki piersiowej:

- Funkcjonalnie czterokomorowych (komora zbiorcza o poj. 2200 ml, komora zastawki wodnej, komora regulacji siły ssania: mechanicznym pokrętle, zawór uwalniający nadmiar dodatniego ciśnienia w przypadku awarii próżni)
- Ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i możliwością umocowania do łóżka lub postawienia
- Przeziernych do frontu
- Z giętkim drenem, nie zawierającym lateksu, zabezpieczonym przed zaginaniem się sprężyną
- Z igłowym portem do pobierania próbek drenowanej krwi przy drenie łączącym
- Z możliwością pomiaru podciśnienia poprzez sumowanie wysokości słupa wody w komorze zastawki wodnej i wartości ustawionej pokrętle
- Z mechaniczną regulacją siły ssania do -40 cm H₂O
- Z manualną zastawką z filtrem odbarczającą wysokie podciśnienie

- Z automatyczną zastawką odbarczającą nadciśnienie
- Z bezigłowym portem, umożliwiającym uzupełnienie płynu w komorze zastawki wodnej za pomocą strzykawki w zestawie.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 30 dot. zad. nr 1 poz. 5:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaferowanie drenów w rozmiarach 08, 16, 20, 24, 28, 32 Ch?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 31 dot. zad. nr 13:

Czy w Zadaniu nr 13 Zamawiający dopuści nóż CRESCENT o średnicy poprzecznej 2,3mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32 dot. zad. nr 14:

Czy w Zadaniu nr 14 Zamawiający dopuści nóż SLIT trapezoidalny o kalibracji: 1,8-2,2mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33 dot. § 8 ust. 1:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34 dot. § 10 ust. 1:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35 dot. zad. nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy z otworem centralnym i 2 dużymi otworami bocznymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 dot. zad. nr 6 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu dla dorosłych sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dot. zad. nr 6 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści – worek DO GODZINNEJ ZBIÓRKI MOCZU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM – DWUTYGODNIOWY

- worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/

- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm

- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne

- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

- samouszczelniający się port do pobierania próbek

- trwała, stabilna komora pomiarowa o poj. 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty), opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- bezlateksowym worek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, przy użyciu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje jego wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie; Zalecany okres utrzymania u pacjenta do 14 dni
- worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu), pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w opakowanie foliowo-papierowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 dot. zad. nr 8 poz. 1, 5:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, 5 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39 dot. zad. nr 8 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania nieskalowany, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 dot. zad. nr 9 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,2 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41 dot. zad. nr 9 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,2 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42 dot. zad. nr 9 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,5 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43 dot. zad. nr 8 poz. 5:

Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki pisarskiej wymagając dwudrożny cewnik urologiczny typu Tieman?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga cewnika jednoświatłowego.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE