

Szczecin, dn. 18.05.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/43/15

w sprawie: na dostawę mikrosfer do embolizacji i chemoembolizacji.

## Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Wykonawca nr 1

1. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 mikrosfery przeznaczone do ładowania cytostatykami do celowanej chemoembolizacji guzów nowotworowych wątroby, wykonane z hydrożelu, dodatkowo pokryte powłoką przeciwzapalną. Ściśliwe, odkształcające się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu. Precyzyjnie skalibrowane w 3 rozmiarach, 40, 75 i 100 mikrometrów w celu uzyskania celowanej embolizacji i efektywnej dystalnej okluzji. Przystosowane do ładowania cytostatykami: doksorubicyną, epirubicyną ( w raku wątrobowokomórkowym, cholangiocarcinoma) oraz irinotekaniem ( guzy przerzutowe do wątroby w rakach okrężnicy, pęcherzyka żółciowego, sutka, czerniaka). Ampułkostrzykawka zawiera 2 ml mikrosfer zawieszonych w cieczy. Czas ładowania doksorubicyną 60 minut, irinotecanem 30 minut.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Odpowiedzi na zadane pytania są zamieszczane na mniej niż 2 dni przed otwarciem ofert Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert o 1 dzień.

**Nowy termin składania ofert upływa dnia 21.05.2015 r. o godz. 10:00.**  
**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05. 2015 r. o godz. 11:00**

*Z poważaniem*