

Szczecin, dn. 07.06.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/47/13

**WYJAŚNIENIE NR 2**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający poprzez:

„Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, wynik testu” (pkt. 10, załącznik nr 4, ZP/220/47/13)

Rozumie:

Funkcję codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, wynik testu, zarówno w trybie pracy akumulatorowej urządzenia jak i w trybie pracy z zasilania zewnętrznego 230V?

Czy Zamawiający wymaga aby codzienny autotestu opisany w pkt. 10, załącznik nr 4, ZP/220/47/13, odbywał się zarówno w trybie pracy akumulatorowej urządzenia jak i w trybie z zasilania zewnętrznego 230V?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*