

ZADANIE 1**1.1 Rurka dotchawicza**

Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE
1	Jednorazowa, sterylna.	
2	Rurka dotchawicza z możliwością kontroli nerwu krtaniowego.	
3	Dostępne średnice: 6,0; 6,50; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5mm.	
4	Dedykowana do pracy z systemem NIM Response 3.0.	

1.2 Sonda stymulacyjna

Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE
1	Jednorazowa, sterylna.	
2	Sonda stymulacyjna monopolarna o średnicy 0,5mm wraz z rękojeścią.	
3	Kompatybilna z systemem NIM Response 3.0.	

Niniejszym oświadczam, że oferowane przez mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
podpis wykonawcy

ZADANIE 2**2.1 Rękojeść do łyżek światłowodowych**

Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE
1	Jednorazowa, pakowana indywidualnie, biologicznie czysta.	
2	Dostępna w dwóch rozmiarach: standardowym i małym.	
3	Wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt.	
4	W całości w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym.	
5	Z wbudowanym źródłem zasilania i światła – diodą LED zapewniającą mocne światło.	
6	Bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym).	
7	Opakowanie foliowe z oznaczonym numerem katalogowym, symbolem CE oraz napisem: „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2).	
8	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk.	
9	Wymagana próbka: 2 sztuki średnie.	załączyć do oferty

2.1 Łyżka do laryngoskopu

Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE
1	Jednorazowa pakowana indywidualnie, biologicznie czysta.	
2	Światłowodowa, typu Macintosh (zakrzywiona)	
3	Nieodkształcająca się wykonana z lekkiego stopu metalu.	
4	Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard).	
5	Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.	
6	Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację.	
7	Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie rękojeści.	
8	Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu.	
9	Światłowód wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło.	
10	Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła.	
11	Bez zawartości lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym).	
12	Wymagane rozmiary: niemowlęca Nr 1 (92x14mm), dla dzieci Mac 2 (100x18mm) dla dorosłych Mac 3 (130x17,5cm), dla dorosłych Mac 4 (153x17,5cm).	
13	Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki.	
14	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk.	
15	Wymagana próbka: 2 sztuki Mac 3 oraz 2 sztuki Mac 4.	załączyć do oferty

Niniejszym oświadczam, że oferowane przez mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

.....
podpis wykonawcy