

znak sprawy: ZP/220/62/18

Szczecin, dnia 03 września 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych

Wyjaśnienia 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści pierścień do plastyki zastawki trójdzielnej z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy zamiast w metalowym pudełku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści bezstentową biologiczną protezę aorty wstępującej z zastawką aortalną z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem, że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule do podawania kardiopleginy w operacjach mini-inwazyjnych o długości 31 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści biologiczne stentowe protezy zastawki aortalnej i mitralnej z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem, że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej.

Pytanie 5. Dotyczy Zadania 10:

Prosimy o dopuszczenie zastawek biologicznych AORTALNYCH z tkanek biologicznych, w rozmiarach 19mm-27mm oraz MITRALNYCH w rozmiarach 25mm-33mm; Zastawka, którą pragniemy zaferować posiada **NAJNIŻSZY profil na rynku i ponad 30-letnie doświadczenie firmy w produkcji ww. produktu.** Mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru acetylowego pokrytego poliestrem, kołnierz zewnętrzny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową; Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający w siwz nie warunkował oferty wysokiej profilu zastawki. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....

Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
Tel. 91-466-10-87



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

