

Szczecin, dn. 13.08.2013 r.

Znak sprawy ZP/220/67/13

w sprawie: dostawy wskaźników i materiałów do sterylizacji oraz etykiet do dokumentacji procesów sterylizacji i metkownic trzyczędowych dla SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA NR 1

Z uwagi na omyłkę Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 3 i wprowadza nową w brzmieniu:

Pytanie 3: czy Zamawiający wymaga, aby piktogram wskazujący kierunek otwierania rękawów był umieszczony wyłącznie od strony papieru? Takie umieszczenie piktogramu zwiększa możliwość wykrycia ewentualnego uszkodzenia rękawa od strony papieru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z normami wskazanymi w SIWZ, tj. PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE