

Szczecin, dn. 07.10.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/71/15

Dotyczy: dostawa rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji dla SPSK-2.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**W ZAKRESIE ZADANIA NR 1**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji dla SPSK-2 dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania.

ZADANIE NR 1

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 3: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. Ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok

Oferta nr 4: Informer Med Sp. z o.o. Ul. Winogrody 118 61-626 Poznań

Oferta nr 6: Alfa-med Mirosław Borecki Ul. Wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

z postępowania **nie wykluczono żadnego wykonawcy**

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania **odrzucono jedną ofertę**

Oferta nr 4: Informer Med Sp. z o.o. Ul. Winogrody 118 61-626 Poznań

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający wymagał, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy. Powyższy wymóg jednoznacznie wynika z odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego na zapytanie jednego z Wykonawców, zawartej w piśmie z dnia 21.08.2015 r.

Z wyjaśnień Informer Med Sp. z o.o. udzielonych na wezwanie Zamawiającego oraz z rysunku rolki przesłanego wraz z wyjaśnieniami wynika natomiast, że informacja dotycząca nazwy wytwórcy znajduje się jedynie na etykiecie umieszczonej pod folią stanowiącą opakowanie rolki i po otwarciu opakowania etykieta jest usuwana.

Stanowisko Informer Med Sp. z o.o. przedstawione w wyjaśnieniach, że w świetle normy PN EN 868-5 oraz odpowiedzi Zamawiającego nazwa wytwórcy nie musi znajdować się bezpośrednio na rękawie nie zasługuje na uwzględnienie. Norma PN EN 868-5 wprowadza nie tylko wymagania dotyczące informacji, jakimi winny być oznakowane rękawy, ale również wymagania dotyczące oznakowań, które winny znajdować się na opakowaniu transportowym. Etykieta, która znajduje się pod folią stanowiącą opakowanie rolki stanowi element opakowania transportowego i w żadnym wypadku nie może być uznana za oznakowanie rękawa.

Wobec powyższego, uznanie oferty Spółki Informer Med za niezgodną z treścią SIWZ i odrzucenie jej z postępowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez wykonawcę:

Oferta nr 3: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. Ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok

Cena oferty: 224.516,23 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 3 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert.

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacją

Nr oferty	Wykonawca	Liczba pkt w kryterium cena 95%	Liczba pkt w kryterium termin dostawy zamówień częstkowych 5%	Łączna punktacją
3	Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., Białystok	95,00	5,00	100,00
6	Alfa-med Mirosław Borecki, Szczecin	65,71	3,33	69,04

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 12.10.2015 r.

Z poważaniem

.....
Dyrektor SPSK-2
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
lek. med. Barbara Turkiewicz