
Szczecin 18-10-2013r**znak sprawy: ZP/220/73/13****w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki i angiografii****Wyjaśnienia nr 3**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Pytanie dot. zad.16. poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie stentu powlekanego z terminem ważności 12 miesięcy? W związku z planowanym w 2014 roku wydłużeniem terminu ważności stentu powlekanego do 24 miesięcy, w trakcie realizacji umowy termin ważności oferowanego stentu będzie mógł ulec zmianie z 12 do 24 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w zad. 16 poz. 2 stentu powlekanego z terminem ważności 12 miesięcy.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony Formularz oferty, który uwzględnia zmiany w zakresie zadania 16.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE