

Szczecin, 29.10.2018 r.

Znak sprawy: ZP/220/74/18

W sprawie: dostawy sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów urologicznych dla Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986, t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:

Pytanie 1: Zadanie 1: czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na wyłączenie z Zadania nr 1 Pozycji nr :17,18,21,22, 29,30,31?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 2: Zadanie nr 1, Pozycja nr 17: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do irygacji URS, zawierającego pompkę w kształcie walca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Zadanie nr 1, Pozycja nr 18: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie hydrofilnej koszulki dostępowej o rozmiarach: 10.7/12.7CH oraz 12/14CH, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Zadanie nr 1, Pozycja nr 22: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodnicy z PTFE o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Zadanie nr 1, Pozycja nr 30: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 12-miesięcznego zestawu do szynowania moczowodów wykonanego z termoczułego poliuretanu o rozmiarach 5.0, 6.0, 7.0, 8.0?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Zadanie nr 2, Pozycja nr 1: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie hydrofilnej koszulki dostępowej o rozmiarach : 10.7/12.7CH o długości 35 oraz 45 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Zadanie nr 2, Pozycja nr 2: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie hydrofilnej przewodnicy wykonanej z nitinolu o długości 150 cm z końcówką prostą lub zagiętą?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Zadanie nr 2, Pozycja nr 3: czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do irygacji URS, zawierającego pompkę w kształcie walca?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca II:

Pytanie 9: Zadanie nr 1 poz. 4: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typ Dufour wykonanych z półtwardego lateksu silikonowanych z balonem 50 ml w rozmiarach: 16, 18, 20, 22, 24CH oraz z balonem 80ml w rozmiarach: 18, 20, 22, 24CH, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Zadanie nr 1 poz. 5: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typ Dufour wykonanych ze 100% silikonu pokrytego hydrożelem z balonami o pojemności 50 i 80ml w rozmiarach: 18, 20, 22, 24CH, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Zadanie 1 poz. 6:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 30-50 ml w rozmiarach 16-24 CH.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 30 ml w rozmiarach 14-26 CH.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Zadanie 1 poz. 8: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 10 ml w rozmiarach 12 i 14 Ch, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Zadanie 1 poz. 9: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z miękkiego lateksu silikonowanego jednorazowego użytku, z zastawką twardą dostępnych w rozmiarach 12CH-30CH z balonem 15ml lub 30 ml do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

DYREKTOR SPSK-2

podpis w oryginale

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz

Tel. 10 88



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

