

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

znak sprawy: ZP/220/75/16

Szczecin, dnia 14.11.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli dwa typy (do wyboru przez zamawiającego) sterylnych wymienników ciepła i wilgoci:

- dla rurek w rozmiarze 3,0 opór przepływu przy 5l/min - 1,8 cm H₂O
- dla rurek w rozmiarze 3,5 opór przepływu przy 5 l/min - 1,1 cm H₂O,

Oba wymienniki o skuteczności nawilżania 32,5 mg H₂O przy Vt 10 ml, 32 mg H₂O przy Vt 20 ml, przeznaczone dla zakresu objętości oddechowej Vt 10-50 ml, waga 4,3 g, przestrzeń martwa 2,7 ml

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w następujący sposób:**

W § 11 wykreśla się w całości ust. 7 i w to miejsce wprowadza się: ust 7 w następującym brzmieniu: „7. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy bądź wyrobów w innych rozmiarach, niż określona umową. Sprzedawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) podać na czym polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.*Z poważaniem*.....
DYREKTOR SPSK-2