

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

znak sprawy: ZP/220/76/16

Szczecin, dnia 15.11.2016r

**w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa stentgraftów
obwodowych oraz innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku****Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści stażę bezluteksową wykonaną z silikonu z klipsem zapinającym, perforowaną na całej długości (otwory umożliwią założenie klipsa w dowolnej odległości od części dystalnej co stanowi jednocześnie regulację siły napięcia stazy). Możliwość stosowania techniki zapinania oraz wiązania (po zdjęciu klipsa) podczas stosowania stazy, bardzo elastyczną, o długości 36 cm i szerokości 2,5 cm, opakowanie 100szt?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza****Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w następujący sposób:**

W § 11 wykreśla się w całości ust. 7 i w to miejsce wprowadza się: ust 7 w następującym brzmieniu: „7. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy bądź wyrobów w innych rozmiarach, niż określona umową. Sprzedawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) podać na czym polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**Z poważaniem**.....
DYREKTOR SPSK-2