

Szczecin 28-11-2012r**Znak sprawy: ZP/220/77/12**

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **jednorazowych wyrobów anestezjologicznych**

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2

2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 3

3. Dotyczy zadania 2 (zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera):

Ze względu na wysoki koszt próbek zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki dla każdej pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek.

Pytanie 4

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu niesilikonowane wykonane z termoplastycznego PCV, bez znacznika głębokości, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.

Pytanie 5

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.

Pytanie 6

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone bez znacznika głębokości, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.

Pytanie 7

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający rurkę tracheotomijną wykonaną z termoplastycznego PCV, niesilikonowaną, z nieruchomym łącznikiem, w opakowaniu typu blister?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej rurki.

Pytanie 8

Zadanie 1, pozycja 5, 7, 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podział zadania 1.

Pytanie 9

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa PE?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.

Pytanie 10

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy w rozmiarze 5Fr i 6Fr o składzie: kateter jednokanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka 3-częściowa 5ml, igła wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy w rozmiarze 7Fr x 20cm o składzie: kateter dwukanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka 3-częściowa 5ml, igła wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy o składzie: kateter dwukanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka 3-częściowa 5ml, igła wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.2 w pozycji 1 wysokiej klasy zestawów do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18

Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032”/60cm, 1-światłowy cewnik 20cm/14Ga, 20cm/16Ga wykonany z poliuretanu, strzykawka 5 ml., bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Opakowanie jednostkowe zapewniające szybkie otwarcie zestawu opisane: producent, nazwa, skład zestawu, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające maksymalnie 20 zestawów, zawierające następujące informacje: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu. Zestaw nie posiada skalpela.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 2 w pozycji 2 wysokiej klasy zestawów do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032”/60cm, 2-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu 7Fr/ 20 cm, strzykawka 5ml, bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Opakowanie jednostkowe zapewniające szybkie otwarcie zestawu opisane: producent, nazwa, skład zestawu, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające maksymalnie 10 zestawów, zawierające następujące informacje: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu. Zestaw nie posiada skalpela.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw

Pytanie 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.2 w pozycji 3 wysokiej klasy zestawów do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032”/60cm, 3-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu 7Fr/ 16 oraz 7Fr/20cm, strzykawka 5ml, bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Zestaw nie posiada skalpela. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowe w rozmiarach 14Ga i 16Ga?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowanych po 10 szt. w zewnętrzne sztywne opakowanie zbiorcze, zawierające wszystkie wymagane w SIWZ informacje? Dodatkowo wszystkie wymagane w SIWZ informacje znajdują się na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytania 18

Do zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej dwóch dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku? W razie odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 dostaw medycznego jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.

Pytanie nr 19

Zadanie 1

Poz. 1 i 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wyposażonej w odłączalny łącznik 15 mm, co pozwala na docięcie rurki celem właściwego dopasowania jej długości, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowane rurki****Pytanie 20****Zadanie 1 Poz. 5**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej w rozmiarach 7.0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 bez połówek tak jak obecnie używane w Państwa placówce.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowane rurki**

2/ Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijnej zbrojonej bez ruchomego łącznika obrotowego ale z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowane rurki****Pytanie 21****Zadanie 1 Poz. 7**

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki dooskrzelowe dwuświatłowe mają posiadać prowadnicę z zabezpieczeniem utrzymującym anatomicznie wyprofilowany kształt rurki, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź**Zamawiający wyjaśnia, że rurki dooskrzelowe dwuświatłowe mają posiadać prowadnicę z zabezpieczeniem utrzymującym anatomicznie wyprofilowany kształt rurki****Pytanie 22**

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Zadania nr 2 pozycji 1 i utworzenia z niej osobnego zadania lub wyłączenia rozmiaru 10F z pozycji pierwszej i utworzenia kolejnej pozycji w zadaniu nr 2? Nadmieniam, iż tego typu cewniku w rozmiarze 10F występują niezmiernie rzadko.

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji.****Pytanie 23**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2 pozycji 1** dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowe w rozmiarach 14Ga i 16Ga?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.****Pytanie 24**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowanych po 10szt. w zewnętrzne sztywne opakowania zbiorcze, zawierające wszystkie wymagane w SIWZ informacje? Dodatkowo wszystkie wymagane w SIWZ informacje znajdują się na opakowaniu jednostkowych.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowane zestawy.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE