

Szczecin, dn. 10.11.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/81/15

Wyjaśnienie nr 2

do pytań zadanych do dnia 02.11.2015 r.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1, dot. Zadania Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w ww. zadaniu soczewek 3-częściowych bez asferycznej optyki o dioptryi od 0D do + 5,0 D (co 1,0D)?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**.

Pytanie 2, dot. Zadania Nr 3:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie soczewki hydrofobowej do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z wielorazowym injektorem do cięcia powyżej 3,2 mm, przy czym wartości cięć są traktowane jedynie jako wartości sugerowane. Wielkość cięcia stosowanego do implantacji soczewki zależy od dodatkowych czynników, bezpośrednio niepowiązanych z implantem i stosowanych narzędzi tj. preferencji operatora, zastosowanej techniki operacyjnej (wszczep przez cięcie tunelowe lub przez tzw. przyłożenie), przebiegu zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 3, dotyczy pkt. IX SIWZ ppkt. 2 w zakresie próbek dla Zadania nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta Umowa, aplikatory wielorazowe udostępnione Zamawiającemu w celu dokonania oceny jakości próbki, zostaną zaliczone na poczet wymaganych przez Zamawiającego aplikatorów w ramach oferowanego przez Wykonawcę Zadania?

Dostarczone w ramach próbek zestawy implantacyjne, ze względu na możliwość wielokrotnego użycia, są pełnowartościowymi narzędziami i mogą być stosowane przez Zamawiającego przez długi okres czasu.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę**.

Pytanie 4, dotyczy pkt. IX SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku załączenia do oferty publikacji naukowych w języku angielskim wymaga złożenia wraz z nimi tłumaczenia na język polski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty publikacji naukowych w języku angielskim.

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy oraz rozdz. XVI pkt. 2 SIWZ- Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych aplikatorów wielorazowych oferowanych w ramach zadania nr 3 do 3 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji:

„ (...) ***W przypadku braku zamówionego asortymentu Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem dzień i godzinę otrzymania zamówienia.***” (...).

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 7, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg następującej propozycji:

„***Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 6-u dni roboczych od zgłoszenia, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanej partii zamówienia oraz poinformować Kupującego faksem o sposobie jej rozpatrzenia.***”

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 8, dot. § 10 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu zgodnie z poniższą propozycją:

„***W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu soczewek stanowiących przedmiot zamówienia bądź braku soczewek z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku soczewek wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakujących soczewek występujących w ofercie Wykonawcy oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczenie odpowiednika brakujących soczewek po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.***”

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 9, dot. § 9 ust. 1 a) wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„***W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:***

- ***a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii soczewek wewnątrzgałkowych lub opóźnienia w dostarczeniu soczewek wewnątrzgałkowych wolnych od wad w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej a niedostarczonej lub zareklamowanej partii soczewek, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia (...)***”

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 10, dot. wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §5 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „***W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych soczewek oraz krótszego okresu przydatności do użycia niż określony w § 4 Kupujący zgłasza reklamację faksem. Wady jakościowe mogą być zgłaszane przez Kupującego do momentu użycia soczewek w udzielanym świadczeniu zdrowotnym. Wady ilościowe soczewek mogą być zgłaszane przez Kupującego wyłącznie w trakcie odbioru soczewek.***”. Zmiana postanowienia precyzuje do kiedy Kupujący może zgłaszać reklamacje jakościowe i ilościowe.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 11, dot. wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §9 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu soczewek i obciążyć Sprzedawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia do upływu 5 dnia roboczego po dniu, w którym zamówienie miało być zrealizowane”. W przypadku pozostawienia zapisu ze wzoru Kupujący będzie mógł obciążyć Sprzedawcę wysoką karą umowną również za okres do dnia dokonania zakupu zastępczego, który może zostać zrealizowany w odległym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 12, dot. wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §15 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku niewykorzystania ilościowego soczewek w terminie wskazanym w ust 1 Kupujący ma prawo w drodze pisemnego aneksu zawartego ze Sprzedawcą przedłużyć okres obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy”. Przedłużenie obowiązywania umowy powinno odbywać się w drodze aneksu a nie jednostronnego oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pytanie 13, dot. wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć §15 ust 4-6. Proponowana zmiana jest związana z propozycją rezygnacji z jednostronnej możliwości przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Wykonawca nr 2

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę sferyczną, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

2. Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość próbek do 1 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Wykonawca nr 3

Pyt. 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź: **Tak**.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności naliczany był od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pyt. 3

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w §9 ust. 1 lit. a,b,c Wzoru Umowy:

- a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii soczewek - w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej partii soczewek za każdy dzień, z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
- b) opóźnienia w dostarczeniu soczewek wolnych od wad - w wysokości 0,1 % wartości brutto zareklamowanej partii soczewek za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,
- c) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedającego bądź wypowiedzenia umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego (§ 12 umowy) –w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy, bądź wartości danego zadania określonego w Formularzu cen jednostkowych.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści soczewkę z PMMA jednoczęściową tylnokomorową z otworami do fiksacji śródtwardówkowej, dwa w części optycznej oraz po jednym na każdym haptyku, o średnicy części optycznej 6,50 mm, o zakresie mocy od +10,0D do +40,0D (co ½ dioptrii od +1,0D do +40,0D)?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2015 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2015 r. o godz. 11:00

Z poważaniem