

znak sprawy: ZP/220/88/15

Szczecin, dnia 09.10.2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa kaniul oraz protez naczyniowych**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 dopuszcza kaniule żyłne zbrojone dwustopniowe proste w rozmiarach 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr oraz 36/50 Fr, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza****Pytanie nr 2**

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 dopuszcza kaniule żyłne zbrojone dwustopniowe proste w rozmiarach 32/36 Fr, 32/40Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr, oraz 36/50 Fr, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza****Pytanie 3****Dotyczy zadania 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania w zadaniu nr 2 kaniul żylnych zbrojonych dwustopniowych prostych o rozmiarze 32/40 do 36/51 Fr pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem.....
DYREKTOR SPSK-2